



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 87684

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

22.03.2024

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ GENEL CERRAHİ BİRİMİ İÇİN YAMA (MESH) VE MESH SABİTLEYİCİ STAPLER ALIMI alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 26.03.2024 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	POLİPROPİLEN MEŞ (MESH) 30(±2)X30(±2)CM (YAMA (MESH), EMİLEMEYEN, TEK YÜZLÜ, 30(±2)*30(±2)CM)	5	ADET		
2	MEŞ(MESH) SABİTLEYİCİ STAPLER ENDOSKOPIK ABSORBE OLABİLEN 5 MM (MESH SABİTLEYİCİ/ZIMBA ATICI, ENDOSKOPIK, EMİLEBİLEN, 15 ZIMBALI)	20	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358

NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



YAMA (MESH), EMİLEMİYEN, TEK YÜZLÜ, POLİPROPİLEN TEKNİK ŞARTNAME

1. Ürün, ventral herni, inzisyonel herni, epigastrik herni, parastomal herni, hiatal herni, umbilikal herni ve inkontinans/prolaps operasyonlarında doku desteği sağlamak veya köprüleme yapmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün polypropylene (PP) veya polivinyldenefluoride(PVDF) hammaddesine sahip seçenekleri olmalıdır.
3. Ürün, muhtelif ebatlarda olmalıdır.
4. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5'ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
5. Ürünün duvar kalınlığı 0,4-0,6 mm olmalıdır.
6. Ürünün tüm yüzeyinde ve her yöne doğru basınca dayanıklılığı 14 – 17 kg/cm² olmalı veya 463 Kpa üstünde olmalıdır.
7. Ürünün doku gelişimine uygun olarak gözenek genişliği en az 0.5 mm olmalıdır.
8. Ürün kenar örgüleri açık olmamalı, kesilince dağılıp sökülmemeli ve kenarları tiftiklenmemelidir.
9. Ürün sentetik ve emilemeyen bir yapıda olup sürekli doku desteği sağlamalıdır.
10. Ürün inert ve uygulandığı doku ile uyumlu olmalı, yangısal ya da alerjik reaksiyonlar oluşturmamalıdır.
11. Ürün dokuda zamanla büzülmemeli ve küçülmemelidir.
12. Ürün, kolaylıkla bükülüp şekillendirilebilir, esnek ve kolay uygulanabilir olmalıdır. Ameliyat sırasında dokuya kolaylıkla sütür ile sabitlenebilmelidir.
13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.
16. Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Op.Dr. Aykan Aykan
Dip.No: 122699
Ürün Sorumlusu

Eskişehir Şehir Hastanesi
Op.Dr. Aykan Aykan
Dip.No: 122699
Ürün Sorumlusu



MESH SABİTLEYİCİ/ZIMBA ATICI, ENDOSKOPIK, EMİLEBİLEN TEKNİK ŞARTNAME

1. Laparoskopik ve endoskopik ameliyatlarda mesh'in yumuşak dokuya fiksasyonu(sabitlenmesi) için tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün zımbaları, poly glycolide-co-L-lactide (PGLA) veya Polylactide-co-glycolide(PLGA) veya D&C Violet No. 2 ile boyanmış polidioksanon ve L(-)-laktit ve glikolit kopolimer yapı maddesi karışımından yapılmış olmalıdır.
3. Ürünün 12, 15, 20 ,25 veya 30 adet zimba içeren çeşitleri olmalıdır.
4. Fiksasyon zımbalarının uzunluğu en fazla 7.2 mm olmalıdır.
5. Ürünün shaft çapı 5 mm kalınlığında olmalıdır.
6. Ürünün shaft uzunluğu 35(±2) cm olmalıdır.
7. Ürün kullanıma hazır paketlerde ön dolumlu olmalıdır.
8. Ürün endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
9. Ürün kolaylıkla implante edilebilmelidir.
10. Ürün kontrollü veya yaylı ateşleme mekanizmasına sahip olmalıdır. Cihaz tutarlı ve istikrarlı zımbalama imkânı sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
11. Ürünün içindeki zımbalar dişliler yardımı ile kendi kendine dokuya girebilme veya yaylı ateşleme mekanizması sayesinde zimba üstündeki kulakçıklarla dokuya tutunabilme teknolojisine sahip olduğundan atravmatik bir fiksasyon işlemi gerçekleşmesini sağlamalıdır.
12. Fiksasyon zımbaları en fazla 18 ayda tamamen absorbe olmalı ve reaksiyon yaratmamalıdır.
13. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.
16. Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Op.Dr. Aykut Aykaç
Üroloji Uzmanı

Eskişehir Şehir Hastanesi
Op.Dr. Aykut Aykaç
Dip.Tel: 0318 124699
Üroloji Uzmanı