



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 87681

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

22.03.2024

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ ANESTEZİ BİRİMİ İÇİN 3 KALEM SARF MALZEME ALIMİ alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 26.03.2024 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Senol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ENDOTRAKEAL (ENTÜBASYON) Tüp SPİRALLİ NO:6.5 KAFLI	20	ADET		
2	SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUINCKE UÇLU) 22G (SPİNAL İĞNE KESKİN UÇLU (QUINCKE UÇLU) 22G 90 MM)	300	ADET		
3	ORAL AIRWAY NO 5	50	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- Fiyatlar KDV hariçtir.
- Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
- Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınıp ödemesi yapılmayacaktır.
- Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
- Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
- Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



ENDOTRAKEAL TÜP, SPİRALLİ, KAFLI TEKNİK ŞARTNAME

1. Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün, non toksik, lateks içermeyen tıbbi PVC den imal edilmiş ve şeffaf olmalıdır.
3. Ürünün 2-10 numaralarda farklı ölçülerde seçenekleri olmalıdır.
4. Ürün kaflı (balonlu) olmalıdır.
5. Tüpün üzerinde santimetre çizgileri olmalı, aralık 1 cm ölçü işaretleri ile olmalı, rakamla gösterilmeli ve kolay silinmemelidir.
6. Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir.
7. Tüp hem oral hem de nazal kullanıma uygun olmalı, esnek olmalı ve kolay katlanmamalıdır.
8. Tüpün iç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşayarak trakeaya zarar vermeden entübasyon yapmaya olanak sağlayan özellikte olmalıdır.
9. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır.
10. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalıdır.
11. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta, tüpün ucu travma oluşturmeyen yuvarlatılmış yapıda ve atravmatik olmalıdır.
12. Tüpün üzerinde 15 mm konnektör olmalı ve konnektör kesinlikle ayrılmamalıdır.
13. Tüpün ucunda standartlara uygun morphy gözü olmalıdır.
14. Tüp eğimi entübasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
15. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çapları yazılı olmalıdır.
16. Üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerinin görülerek trakeal tüpün doğru yerleştirilmesini sağlamalıdır.
17. Tüpün tamamı röntgende görülmeli ve radyoopak çizgisi olmalıdır.
18. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
19. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
20. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.
21. Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Uzm.Dr. Ayşe EURTUN
Dip. Tes. No: 145
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eskişehir Şehir Hastanesi
Najla KARADAĞ
Anestezi Teknikisyeni
Yardımcısı



AİR-WAY ORAL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün bilinci kapalı ve yarı kapalı hastalarda havayolu açıklığını sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün polietilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün çeşitli boy ve numaraları olmalıdır
4. Ürün uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
5. Ürün ağız içi yapısına uygun olarak kavisli olmalıdır.
6. Ürün esnek yapıda olmalıdır.
7. Ürünün aspirasyon kateterinin geçişine uygun ısırma bloğu olmalıdır.
8. Ürünün uç kısmı atravmatik olmalıdır.
9. Ürün latex içermemelidir.
10. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir
13. Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Uzm.Dr.Ayşe FURUNCU
Dip.Tes.No: 44454
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Eskişehir Şehir Hastanesi
Hajla KARACAO
Kardiyoloji Teknik Servis Sorumlusu
Yardımcısı



SPİNAL İĞNE QUINCKE UÇLU TEKNİK ŞARTNAME

1. Spinal anestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Spinal iğne Quincke(keskin) uçlu olmalıdır.
3. Spinal iğnenin klavuzlu ve klavuzsuz çeşitleri olmalıdır
4. Spinal iğne çapı en az 18G, uzunluğu en az 25mm olmalıdır.
5. Spinal iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
6. Spinal iğne lateks ve ağır metal içermemelidir.
7. Spinal iğnenin ponksiyon kontrolü için şeffaf hub veya bos indikatörü bağlantısı olmalıdır.
8. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatlı, olmalıdır.
9. Spinal iğne şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır.
10. Spinal iğnenin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
11. Spinal iğne kullanım sırasında rahatlıkla ilerletilebilmeli, kıvrılma, bükülme ve kırılmaya neden olmayacak yapıda olmalıdır.
12. Spinal iğne mandreni iğne içerisine tam oturmalı, keskin tarafta boşluk olmamalıdır.
13. Spinal iğnenin gauge ölçüsü uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
14. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
16. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.
17. Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. Tesis No: 148324
UZM. DR. AYRAN FURKAN
T.C. Sağlık Bakanlığı

Eskişehir Şehir Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Nejla K. Karadağ
Yardımcısı