



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 88159

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

22.04.2024

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ AMELİYATHANE BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 24.04.2024 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Senol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	MONOPOLAR MAKAS EĞRİ (RESUABLE LAPAROSKOPİK MONOPOLAR EĞRİ MAKAS 5 MM)	20	ADET		
2	MONOPOLAR MARYLAND DİSEKTÖR (RESUABLE LAPAROSKOPİK MONOPOLAR DİSEKTÖR 5 MM)	20	ADET		
3	LAPAROSKOPİK HOOK(KANCA) (RESUABLE LAPAROSKOPİK HOOK 5 MM)	20	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No KU.YD.01.00

Yayın Tarihi 01.08.2018

Revizyon No 0

Revizyon Tarihi

Sayfa 2 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

GARANTİ VE SERVİS HÜKÜMLERİ:

a- Üretici fabrikanın ürettiği cerrahi aletlerle ilgili ihale ilan tarihinden sonra kurum adına düzenlenmiş - ithal ise noter/apostille onaylı- 2(iki) yıllık garanti belgesi, 10 (on) yıllık satış sonrası hizmet ve yedek parça garantisi ihale dosyasında verilmelidir. ithal ürünlerin belgelerinde üreticinin Türkiye Mümessilliği veya temsilciliğinde değişik olması halinde, atanacak mümessil veya temsilcinde aynı garantileri üstleneceği hususunu içermelidir.

b-İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir.

c-İthalatçı veya üretici firma adına düzenlenmiş / TS 130. 11 "Cerrahi aletler için kurallar" standartlarına uygunluğunu gösterir " TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini dosyasında vermelidir.

1-Resuable Laparoskopik Eğri Monopolar Makas 5mm

- Malzeme kilitsiz tutamaç kısmı, yalıtılmış dış tüp ve makas insertinden oluşmalıdır.
- Malzeme 5 mm çapında ve en az 33cm uzunluğunda olmalıdır..
- Malzeme şaftı uca kadar panama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile insule edilmiş olmalıdır.
- Malzeme temizleme ve bakım için kolaylıkla sökülüp takılabilir olmalıdır.
- Monopolar koter bağ lantısı olmalıdır.
- Metzenbaum model ağız uzunluğu 1.5mm olmalıdır..
- Tutamaç kısmı dayanıklı ve ergonomik olan Polyether ether ketone malzemeden üretilmiş olup, bu özellik kataloğ üzerinde belgelenmelidir

2-Resuable Laparoshopik Monopolar Disektör 5m m

- Malzeme kilitli tutamaç kısmı, yalıtılmış dış tüp ve disektör insertinden oluşmalıdır.
- Malzeme 5mm çapında ve en az 33cm uzunluğunda olmalıdır.
- Malzeme şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile insule edilmiş olmalıdır.
- Malzeme temizleme ve bakım için sökülüp takılabilir olmalıdır.
- Malzeme disektörü Maryland model eğimli ve ince uçlu olmalıdır.
- Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.
- Tutamaç kısmı dayanıklı ve ergonomik olan Polyether ether ketone malzemeden üretilmiş olup, bu özellik kataloğ üzerinde belgelenmelidir.

3-Reusable Laparoskopik Hook 5m m

- Malzeme 5 mm çapında ve en az 33cm uzunluğunda olmalıdır.
- Malzeme şaftı uca kadar panama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile insule edilmiş olmalıdır.
- Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.İç kısmı mükemmel iletkenlikte olmalı, dış şaftı mükemmel yalıtkan olmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Op.Dr. Öykü AYKAG
Dip.Tes.No:124699
Ünvanı:Uzman

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Mehmet Sırrı ÖZDEMİR
Dip./Tss. No.: 29135
Genel Cerrahi Uzmanı



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01.00
Yayın Tarihi	01.08.2018
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ:

1-Teklif edilen el aletlerinin çelik olan kısımları paslanmaz çelikten imal edilmiş ve polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

2-Cerrahi el aletleri orijinal paketinde Türkçe kullanma ve bakım talimatı bulunmalıdır.

3-Aletlerin tamamı şartnamede belirtilen özellikleri taşımalıdır. Aletlerin genel özellikleri ve kullanım amacını değiştirmeyecek şekilde daha üstün versiyonu veya boyutu %1 (+/-) daha farklı ürünleri teklif edebilirler. İhtiyaç listelerinde herhangi bir markadan kod tanımlı yapılmadan uluslararası terminolojilerde geçen uygun terim, ölçü ve açıklamalar belirtilerek listeler hazırlanmıştır.

4-Teklif edilen aletler 1 34°C de otoklavda Etilen Oksit gazlı veya buharlı sterilizasyona uygun olmalıdır.

5- Teklif edilen aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası, üretildiği ülke ve CE işareti ile paslanmaz çelikten imal edilmiş olanların üzerinde de "stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

6-İçerisinde çelik bulunan teklif edilecek aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri uluslararası Rockwell sentlik standartlarına göre 40 (kırk)'tan az olmamalıdır. Ayrıca, çeliğin yapısında bulunan ve deliğin dayanır özelliklerini bozan Karbon, Fosfor, Nikel, Silisyum, Molibden ve Vanadyum elementler %1 (bir)'den fazla bulunmamalıdır. Bu özellikleri içeren ihale ilanından sonra kurum adına hazırlanmış Materyal Beyanı noter onaylı (ithal ise üreticinin bulunduğu ülke noterinden onaylı, A postille kaşeli ve Türkçe tercümeli/noter onaylı) olarak ihale dosyasında verilmelidir. Bu belgeyi ihale dosyasında teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bu tarif edilen özellikler içerisinde çelik kullanılan el aletleri için geçerlidir.

7-Teklif edilen aletler için geniş referans listes i i hale evrak larry la birlikte dosyada verilmelidir. Teklif edilen aletlere ait orijinal kataloglar veya CD leri i hale evrakları ile birlikte verilmelidir.

8-Teklif edilen aletlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesini hazırlanmalıdır. Bu belge istekli Ormanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

9-T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01 .05.2008 tarih ve 1 5167 sayılı genelge hükümlerince, teklif edilen ürünlerin i hale tarihi itibarı ile ilaç ve Tıbbi C i haz Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olması ve atımı yapılacak olan ürünlerin TITU BB' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığında onaylanmış barkod numaralarının "teknik şartnameye cevap" belgesinde belirtilmesi zorunludur. İlgili gruba teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının olmaması durumunda grup bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o grupta değerlendirme dışı kalacaktır.

10-İstekli firma imalatçı ı veya ithalatçı ı ise T.C Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasında kaydı nın bulunması zorunludur. İstekli firma yetkili satıcı veya bay ii ise imalatçı veya ithalatçı firma tarafından Sağlık Bakanlığı TITTUBB Ulusal Bilgi Bankasına yetkili bayilik kaydının yapılmış olması zorunludur.

11-İstekliler ilan edilen cerrahi aletlerin set bütünlüğünün korunması için kısmın tamamına aynı marka olarak fiyat vermek zorundadırlar. İhale listesinde fiyat verilecek olan kısmın içerisindeki aletlerin tamamını karşılamayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca kısımların içerisindeki tüm cerrahi aletler servis hizmetlerinin bütünlüğü ve kolaylığı açısından aynı marka olmak zorundadır.

12-Aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri ihale evrakları arasında verilmelidir:

a-İmalatçı Ormanın, ithalatçısı olan firma adına düzenlenmiş olduğu distribütörlük belgesi bulunduğu ülke noterinden onaylı, Apostille kaşeli ve Türkçe tercümeli noter onaylı olarak ihale dosyasında verilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Dip. es. No: 2345
Genel Cerrahi Uzmanı

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Ayhan YILMAZ
Dip. Tes. No: 12345
Üroloji Uzmanı