



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 88314

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

02.05.2024

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİNDE KULLANILAN SLE 5000 PEDIATRİK VENTİLATÖR YEDEK PARÇA DAHİL ONARIMI İŞİ HİZMETİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 06.05.2024 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SLE 5000 PEDIATRİK VENTİLATÖR YEDEK PARÇA DAHİL ONARIMI (KN:1008116599)	1	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmez alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapııştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01.00
Yayın Tarihi	01.08.2018
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

SLE 5000 PEDIATRİK VENTİLATÖR YEDEK PARÇA DAHİL ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Hastanemizin Yenidoğan 3. Basamak Yoğun Bakım Servisinde faaliyet gösteren SLE 5000 Marka Pediatrik Ventilator Cihazının onarımı yapılacaktır. Cihazın şikayeti ; High procesor hatası vermektedir. Yapılan tesbitte transducer Pcb Ascmblg'nin arızalı olduğu tespit edildi.

KN:1008116599

Cihazın onarımı için gerekenler:

1. A0761 Transducer Pcb Ascmblg parçasının değişimi
2. Cihazın gerekli bakımlarının yapılması

- Cihazın taşınması gerekirse, kargo giderlerinin yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Cihaz on(10) iş günü içinde onarımı sağlanacaktır.
- Tamiri yapılan cihazlar için 2 nüsha "teknik servis raporu" ve belgesi düzenlenecek biyomedikal birimine ve muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir.
- Tamiri yapılan cihazlar aynı arızalara karşı en az 6 ay garantili olacaktır.
- Değiştirilen bütün parçalar kullanılmamış olacak, ve değiştirilen parçalar biyomedikal servisine teslim edilecektir.
- Cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
- Firma yeterlilik belgesi TS 13703 veya TS12426 standartlarını sağlamalıdır.
- Onarımını yapacak olan personelin UTS kaydı teklifin ekinde sunulacaktır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİNÇER DALGIÇ
Biyomedikal Mühendisi