



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 88313

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

02.05.2024

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ ÇOCUK KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİNDE KULLANILAN DEVLET HASTANESİNDEN GELEN GE MARKA VİVİD S6 MODEL EKO CİHAZININ 7S-RS PROBU YEDEK PARÇA DAHİL BAKIM VE ONARIMI HİZMETİ ALIMI alımı işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 06.05.2024 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDEN GELEN GE MARKA VİVİD S6 MODEL EKO CİHAZININ 7S-RS PROBU YEDEK PARÇA DAHİL BAKIM VE ONARIMI (SN:1009313088)	1	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idareimizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırımı ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No KU.YD.01.00

Yayın Tarihi 01.08.2018

Revizyon No 0

Revizyon Tarihi

Sayfa 1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

Eskişehir Devlet Hastanesinden Gelen Ge Marka Vivid S6 Model Eko Cihazının 7S-RS Probu Yedek Parça Dahil Bakım ve Onarımı Teknik Şartnamesi

Konu: Hastanemizin çocuk kardiyoloji polikliniğinde faaliyet gösteren GE Marka , Vivid S6 Model Eko cihazının probunun onarımı yapılacaktır.

Probun bilgileri :
Model :GE 7S-RS
SN: 140923PD4

Onarımı İçin Gerekenler :

1- Prob membran değişimi yapılması

Künye No:1009313088

- Cihazın taşınmasında kargo giderlerinin yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Tamiri yapılan cihazlar için 2 nüsha “teknik servis raporu” ve belgesi düzenlenecek biyomedikal birimine ve muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir.
- Tamiri yapılan cihazlar aynı arızalara karşı en az 6 ay garantili olacaktır.
- Değiştirilen bütün parçalar kullanılmamış olacak, ve değiştirilen parçalar biyomedikal servisine teslim edilecektir.
- Cihaz çalışır durumda teslim edilecektir.
- Firma yeterlilik belgesi TS 13703 veya TS12426 standartlarını sağlamalıdır.
- Fatura belgesine künye numarası işlenecektir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Ersin FIDAN

(Memur)

Klinik Mühendislik Birimi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Merve DİNÇER BALCIÇ

Biyomedikal Mühendisi