



T.C.  
**ESKİŞEHİR VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Eskişehir Şehir Hastanesi**

Kayıt No: 219335

**TEKLİF MEKTUBU**

18.07.2022

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem HASTANEMİZ DİŞ KLİNİĞİ İÇİN SARF MALZEMEM ALIMI işi satın almaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 20.07.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY  
Başhekim a.  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	AYNA BAŞI	50	ADET		
2	AYNA SAPI	50	ADET		
3	DAVYE - YETİŞKİN ALT KÖK	12	ADET		
4	DAVYE - YETİŞKİN ÜST KÖK	12	ADET		
5	ELEVATÖR BEİN	20	ADET		
6	SOND	50	ADET		
7	CAM PETRI KUTUSU	6	ADET		
<b>Toplam</b>					

Ek: Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358  
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6. Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir

### 1.PETRİ KUTUSU CAM 3 BÖLMELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cam, kapaklı olacaktır.
- 9 cm çapında, 1,5 cm derinliğinde ve 3 bölmeli olacaktır.
- Otoklavda steril edilmeye uygun olmalıdır.

### 2. DENTAL AYNA BAŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Otoklav ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir.
- Ayna başının numarası 4 olmalıdır.
- 22 mm çapında olmalıdır.
- Standart normda olmalıdır.
- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Büyütücü özelliği olmalıdır.

### 3.DENTAL AYNA SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Orjinal ambalajında olmalıdır.
- Uluslararası standartlarda olmalıdır.
- Otoklav ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir
- Standart normda olmalıdır.
- Paslanmaz çelik olmalıdır.

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ  
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ  
Dip.No:34098  
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ  
Dr. Gülcan KARACA  
Dip.Tec.No:49121  
Diş Tabibi

#### 4.DAVYE-YETİŞKİN ALT KÖK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Davyelerin her birinin üzerinde katalog numarası, üretim yeri ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- Ürünler malzeme ve işçilik hataların karşı 2 (iki) yıl garantili olmalı ve bu garanti süreci satıcı ve distrübütör firma tarafından verilmelidir.
- Davyeler paslanmaz çelikten ve sertlik derecesi Uluslararası DİN 58298:2005-01 ve Rockwell standartlarına göre en az 47 Hrc olmalıdır. Bu özellik üretici tarafından belgelenmeli ve bu belge muayene kabul komisyonuna ibraz edilmelidir.
- Davyelerin ağız yapısı dişlerin daha iyi kavranabilmesi için alt kısım boyuna tek tırtıklı, üst kısımlar ise düz boyuna tırtıklı olmalıdır.
- Davyelerin sap kısımları elin kaymasını engelleyen tırtıklı yapıda olmalıdır.
- Ürün anatomik ve ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
- Alt kök davyesi ince uçlu olmalıdır.
- 134 C. Otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
- Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Tüm davyeler anatomik yapıda olmalıdır.
- Davye dişe tatbik edildiğinde sapları arasındaki mesafe, eli küçük olanlar tarafından kavranabilir olmalıdır.
- Kullanım amacına uygun olmalı, numune değerlendirme komisyonunca klinikte test edilecektir.

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ  
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ  
Dip.No:34098  
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ  
Dr. Gülcan KARACA  
Dip.Tes.No:49121  
Diş Tabibi

## 5.DAVYE-YETİŞKİN ÜST KÖK TEKNİK ŞATNAMESİ

- Davyelerin her birinin üzerinde katalog numarası, üretim yeri ve markası yazılı olmalı ve silinmesi mümkün olmamalıdır.
- Ürünler malzeme ve işçilik hataların karşı 2 (iki) yıl garantili olmalı ve bu garanti süreci satıcı ve distrübütör firma tarafından verilmelidir.
- Davyeler paslanmaz çelikten ve sertlik derecesi Uluslararası DİN 58298:2005-01 ve Rockwell standartlarına göre en az 47 Hrc olmalıdır. Bu özellik üretici tarafından belgelenmeli ve bu belge muayene kabul komisyonuna ibraz edilmelidir.
- Davyelerin ağız yapısı dişlerin daha iyi kavranabilmesi için alt kısım boyuna tek tırtıklı, üst kısımlar ise düz boyuna tırtıklı olmalıdır.
- Davyelerin sap kısımları elin kaymasını engelleyen tırtıklı yapıda olmalıdır.
- Ürün anatomik ve ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
- Üst kök davyesi ince uçlu olmalıdır.
- 134 C. Otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
- Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- Tüm davyeler anatomik yapıda olmalıdır.
- Davye dişe tatbik edildiğinde sapları arasındaki mesafe, eli küçük olanlar tarafından kavranabilir olmalıdır.
- Kullanım amacına uygun olmalı, numune değerlendirme komisyonunca klinikte test edilecektir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ  
Dip.No:34098  
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR HASTANESİ  
Dr. İlçin KARACA  
Dip.No:49121  
Diş Tabibi



## 6.BEİN ELEVATÖRÜ (İNCE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Orijinal paslanmaz Alman çeliğinden imal edilmiş olmalıdır.
- Üzerinde markası,katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır.
- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.
- Kullanılan paslanmaz çelik DIN 1.4021 (X20 CR 13) standardına uygun olmalıdır.
- Paslanmaz çeliğin sertliği 48-52 arasında olmalıdır.
- Kullanılan çeliğin yapısındaki impuriterler C%0.179,Sİ %0.19, Mn %0.45,P% 0.021,S%0.002 Cr%13,15ve Ni %0.28 oranlarında olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
- ISO 9001 VE CE normlarına uygun olacaktır.
- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili olacaktır.
- Satın alma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir.
- Numune görülecektir.

## 7. SOND TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
- 134 °C buharlı otoklavda ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.
- Alet ve yüzey dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır.
- Korozyona uğramamalıdır.
- Sondun ucu çengel şeklinde olmalıdır.
- Ağız içi çalışmaya uygun olmalı ve el ile tutulan kısmı ergonomik olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır.

Dr. Farma Zeynep DEMİRTAŞ  
Dip.No:34098  
Dış Tabibi

Dr. Gülcan KARACA  
Dip.Tes.No:49121  
Dış Tabibi