



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: **219539**

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

17.08.2022

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ ENDOSKOPI BİRİMİ İÇİN BALON KATETERİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 19.08.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ercan YÜGRÜK
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BALON KATETERİ ERCP TAŞ ÇIKARMA(BALON KATETERİ ERCP TAŞ ÇIKARMA 7FR 9-12-15 MM)	10	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



TAŞ ÇIKARMA BALONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün safra yollarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır
2. Kateter en az 190 cm uzunluğa sahip olmalıdır.
3. Kateterin dış çapı maksimum 8 FR olmalıdır.
4. Balon 2 veya 3 kademeli olmalı, kademeli olarak 8,5-11,5-15 / 15-18-20 mm veya 8-12 / 8-15 / 9-12 / 12-15 / 12-18 / 15-18 mm veya 9-12-15 / 12-15-18 / 15-18-21 mm veya 10-13-16 mm veya 11,5 / 15 / 18 mm şişirilebilmeli ve patlamaya dirençli olmalıdır.
5. Ürünlerin 3 lümenli (şişirme, kılavuz tel ve enjeksiyon lümeni ayrı) veya 2 lümenli (şişirme, kılavuz tel) çeşitleri olmalı ayrıca lümenler ayrı kanallardan oluşmalı veya gövde boyunca devam etmelidir.
6. Kateter minimum 2.8 mm'lik çalışma kanalında rahatlıkla kullanılabilirmeli ve 0,035 inç kılavuz tel rahatlıkla geçebilmelidir.
7. Kateterin incelen uçlu çeşidinde kateter uç kısmına yaklaştıkça kateter çapı 5 Fr'e kadar incelebilir olmalıdır.
8. Balonun proksimal ucu radyoopak markerlı olmalı ve skopide görünürlüğü iyi olmalıdır.
9. Ürünle kontrast enjeksiyonu rahatlıkla yapılabilirmelidir.
10. Pakette farklı balon çaplarını işaret eden enjektörler olmalı veya tek bir enjektör ile farklı çapta balonlar şişirilebilmelidir.
11. Kateter kolay deforme olmayan, dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı ve balon patlamaya karşı dirençli yapıda olmalıdır.
12. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTAHANESİ
Dr. Feriit YALINBAS KAYA
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 86800

İmza: Şapı
Kumşu
Jg