



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 83976

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

13.09.2023

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ KVC BİRİMİ İÇİN DAMAR ASKISI, HEMOFİLTRASYON SETİ VE TUBİNG SET ALIMI işi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 15.09.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	VASKÜLER SİLİKON ASKI (BAĞLAMA İÇİN) 0.2(±0.5)CMX40CM (DAMAR ASKISI SARTNAMEYE GÖRE)	100	ADET		
2	HEMOFİLTRASYON SETİ (HEMOFİTRASYON)	25	ADET		
3	TUBİNG SET KAPLAMASIZ STANDART YETİŞKİN (YETİŞKİN TUBUNG SET)	60	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuylu birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01-00
Yayın Tarihi	19.02.2016
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	23.10.2017
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

ERİŞKİN TÜP SET

1. Tubing sistemi, pompa kısmı ve hemşire masası kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşacak ve birbiri ile bağlı olarak çıkacaktır.
2. Arter hattı, 200cm uzunluğunda ve 3/8 çap - 3/32 hat duvar kalınlığında olacaktır. Arteriyel hatta ayrıca bypass filtresi bulunacaktır.
3. Tekli venöz hat 180 cm uzunluğunda ve (1/2çap-3/32 hat duvar kalınlığı) yapısında olacak. Bir ucu prebypass filtresine bağlı olacaktır.
4. Çiftli venöz hat, 100cm uzunluğunda ve (3/8 çap -3/32 hat duvar kalınlığı) yapısında tek parça olacak ve hattın bir ucu bir adet 3/8-3/8-1/2 Y konektörün 3/8 ucuna monte edilmiş olacaktır. Ayrıca poşet içerisinde bir adet 3/8-3/8-3/8 Y konektör olmalıdır.
5. Vent hattı 200 cm. uzunluğunda ve (1/4 çap- 1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacak ve bir ucunda 1/4-1/4 düz konektör olacaktır. Çiftli venöz hat ile birlikte bir poşette olacaktır.
6. Aortic suction hattı: 3/8-1/4-1/4 Y konektörün 3/8 ucuna 155 cm. uzunluğunda 3/8-1/16 hat, 1/4 uçlarından birine 200 cm. uzunluğunda 1/4-1/16 hat takılacaktır. (bu hattın ucunda 1/4-1/4 düz konektör olacaktır) Y konektörün diğer ucuna 10cm. uzunluğunda 1/4-1/16 hat eklenecek. Bu hattın diğer ucuna 1/4-1/4-3/8 Y konektör takılacak. Bu konektörün 3/8 ucuna 40 cm. uzunluğunda 3/8-3/32 hat takılacaktır.
7. Koroner suction hattı 380 cm. uzunluğunda ve (1/4 çap - 1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacaktır. Pompa kafası hattı 60 cm %100 silikondan imal edilmiş 3/8 hat olacaktır. bu kısım Oksijenatörden 95 cm uzaklıktan başlayıp 155. cm de bitecektir. Masa hattına deliksiz aspiratör ucu takılacaktır.
8. Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla operasyon alanında tüp seti oluşturan arter hattı kırmızı, venöz hat mavi, koroner suction hattı sarı ve aortic suction hattı boyunca ve yeşil şeritler olmak üzere renk kodlu olacaktır. Veya hatlar üzerinde kırmızı, mavi, sarı, yeşil renk kodlu bantlar olacaktır. veya hatlar üzerinde kırmızı, mavi, sarı, yeşil renk kodlu bantlar olacaktır.
9. Set içinde aşağıdaki konektörler her biri ayrı ayrı steril paketlerde bulunacaktır: 1. 3/8-3/8-3/8 Y konektör (1 adet), 2. 1/2-3/8 düz konektör (1 adet), 3. Üç yollu musluk (2 adet), 4. 3/8-3/8 düz luer konektör (1 adet), 5. Line kelepçe (7 adet).
10. Sette bulunan arter hattının 120 cm'lik kısmı paket içerisinde, 80cm'lik kısmı paket dışında kalacaktır. Venöz hattının 120 cm'lik kısmı paket içerisinde, 60cm'lik kısmı paket dışında kalacaktır. Aortic suction hattının 120 cm'lik kısmı paket içerisinde olacaktır. Koroner suction'ın 120 cm'lik kısmı paket içerisinde, 260 cm'lik kısmı paket dışında kalacaktır. Paket içindeki hatlar tubing organizatöre tutturulmuş olacaktır.
11. Makine arter hattı toplam uzunluğu 195 cm. olan 3 parçadan oluşacaktır. Birinci parça 60cm. uzunluğunda ve 3/8 çap-3/32 hat duvar kalınlığı yapısında olacak. İkinci parça 1/2-3/8 düz konektör ile 65 cm uzunluğunda %100 silikondan imal edilmiş 1/2 çaplı ikinci parçaya bağlanmış olacak ve buradan 1/2-3/8 konektör ile 70 cm. uzunluğunda (3/8 çap, 3/32 hat duvar kalınlığı yapısında) üçüncü parçaya bağlanmış olacaktır.
12. Set içerisinde 15 cm'lik (1/2 çap 3/32 duvar kalınlığında) bir hat olacak, hattın ucunda 1/2-1/2 luerli düz konektör ve konnektörün luerine bağlı üç yollu musluk olacaktır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Dip. Dr. Abdurrahman Çetinkaya
Kulüp ve Damar Cerrahi Uzmanı
E.p. Tes. No:114736
Eskişehir Şehir Hastanesi
Dip. Dr. Abdurrahman Çetinkaya
Kulüp ve Damar Cerrahi Uzmanı
E.p. Tes. No:114736



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Devlet Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01-00
Yayın Tarihi	19.02.2016
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	23.10.2017
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

13. Set içerisinde 15 cm'lik (3/8 çap 3/32 duvar kalınlığında) bir hat olacak, hattın ucuna bağlı 3/8-3/8 luerli düz konnektör ve konnektörün luerine bağlı üç yollu musluk olacaktır
14. Set içerisinde blender'e bağlanacak gaz filtresi olacak. filtrenin bir ucunda 10cm., diğer ucunda 130cm. uzunluğunda (1/4çap 1/16 duvar kalınlığında) yeşil PVC hat olacaktır.
15. Set içerisinde 80±10 cm. uzunluğunda geri kaçmayı önleyen valfli M/M sert uzatma ve 70±10 cm. uzunluğunda valfsiz M/M sert olacaktır.
16. Tubing setin içerisinde, basınç transducerini koruma amaçlı bir hat olmalıdır. Bu hattın ucu arteriyel filtre üzerine diğer ucu da basınç transducerine bağlantı yapmaya uygun olmalıdır. basınç transduceri koruma hattı üzerinde, küre yada koni şeklinde içerisinde membran bir yapı olmalı, bu membran yapı basınç ölçülmesine imkan sağlamalıdır. Firma her 50 set için bir adet transdüser verecektir.
17. Tubing set içerisinde her parçası 40 cm. olan Y hattı şeklinde hızlı doldurma seti olmalıdır. Y hattının her iki ucunda da spike bulunmalıdır. Uçları spike'lı olan bu her iki hat üzerinde de klemp bulunmalıdır. Spike'ların birinde hava portu bulunmalıdır.
18. Kardiyopleji kanı almak için 30 cm uzunluğunda (1 / 4 çap 1/16 duvar kalınlığında),bir ucu spike'lı ve üzerinde klemp bulunan bir hat bulunmalıdır.
19. Paketlerin üzerinde firma marka ve adı yazılı olacaktır.
20. Masa hattı çift kat paket içerisinde olacaktır. Masa hattı ile pompa hattı arasındaki steril alanı belirten renkli şeritler steril paket dışında kalacaktır.
21. Bütün konektörler tekli paketlerde olacak ve ne ile steril edildiği, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
22. Firma oksijenatör ve tüp seti ile tutturucularını ve ısı problemlerini de verecektir.
23. Ürün miadi içinde kullanılamazsa miadı dolmasına 6 ay kala yenisi ile değiştirilecektir. Firmalar bununla ilgili taahhütname verecektir.
24. Numune üzerinden değerlendirilecektir.
25. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi, sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.
26. Ürün teslim tarihindeki miadı en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Doç. Dr. Abbas Havaî DEMİRKOL
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 226136

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Zahir MANTI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 28032



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01-00
Yayın Tarihi	19.02.2016
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	23.10.2017
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

ERİŞKİN TÜP SET

1. Tubing sistemi, pompa kısmı ve hemşire masası kısmı olmak üzere 2 bölümden oluşacak ve birbiri ile bağlı olarak çıkacaktır.
2. Arter hattı, 200cm uzunluğunda ve 3/8 çap - 3/32 hat duvar kalınlığında olacaktır. Arteriyel hatta ayrıca bypass filtresi bulunacaktır.
3. Tekli venöz hat 180 cm uzunluğunda ve (1/2çap-3/32 hat duvar kalınlığı) yapısında olacak. Bir ucu prebypass filtresine bağlı olacaktır.
4. Çiftli venöz hat, 100cm uzunluğunda ve (3/8 çap -3/32 hat duvar kalınlığı) yapısında tek parça olacak ve hattın bir ucu bir adet 3/8-3/8-1/2 Y konektörün 3/8 ucuna monte edilmiş olacaktır. Ayrıca poşet içerisinde bir adet 3/8-3/8-3/8 Y konektör olmalıdır.
5. Vent hattı 200 cm. uzunluğunda ve (1/4 çap- 1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacak ve bir ucunda 1/4-1/4 düz konektör olacaktır. Çiftli venöz hat ile birlikte bir poşette olacaktır.
6. Aortic suction hattı: 3/8-1/4-1/4 Y konektörün 3/8 ucuna 155 cm. uzunluğunda 3/8-1/16 hat, 1/4 uçlarından birine 200 cm. uzunluğunda 1/4-1/16 hat takılacaktır. (bu hattın ucunda 1/4-1/4 düz konektör olacaktır) Y konektörün diğer ucuna 10cm. uzunluğunda 1/4-1/16 hat eklenecek. Bu hattın diğer ucuna 1/4-1/4-3/8 Y konektör takılacak. Bu konektörün 3/8 ucuna 40 cm. uzunluğunda 3/8-3/32 hat takılacaktır.
7. Koroner suction hattı 380 cm. uzunluğunda ve (1/4 çap - 1/16 hat duvar kalınlığı) yapısında olacaktır. Pompa kafası hattı 60 cm %100 silikondan imal edilmiş 3/8 hat olacaktır. bu kısım Oksijenatörden 95 cm uzaklıktan başlayıp 155. cm de bitecektir. Masa hattına deliksiz aspiratör ucu takılacaktır.
8. Kullanıcıya kolaylık sağlamak amacıyla operasyon alanında tüp seti oluşturan arter hattı kırmızı, venöz hat mavi, koroner suction hattı sarı ve aortic suction hattı boyunca ve yeşil şeritler olmak üzere renk kodlu olacaktır. Veya hatlar üzerinde kırmızı, mavi, sarı, yeşil renk kodlu bantlar olacaktır. veya hatlar üzerinde kırmızı, mavi, sarı, yeşil renk kodlu bantlar olacaktır.
9. Set içinde aşağıdaki konektörler her biri ayrı ayrı steril paketlerde bulunacaktır: 1. 3/8-3/8-3/8 Y konektör (1 adet), 2. 1/2-3/8 düz konektör (1 adet), 3. Üç yollu musluk (2 adet), 4. 3/8-3/8 düz lüer konektör (1 adet), 5. Line kelepçe (7 adet).
10. Sette bulunan arter hattının 120 cm'lik kısmı paket içerisinde, 80cm'lik kısmı paket dışında kalacaktır. Venöz hattının 120 cm'lik kısmı paket içerisinde, 60cm'lik kısmı paket dışında kalacaktır. Aortic suction hattının 120 cm'lik kısmı paket içerisinde olacaktır. Koroner suction'ın 120 cm'lik kısmı paket içerisinde, 260 cm'lik kısmı paket dışında kalacaktır. Paket içindeki hatlar tubing organizatöre tutturulmuş olacaktır.
11. Makine arter hattı toplam uzunluğu 195 cm. olan 3 parçadan oluşacaktır. Birinci parça 60cm. uzunluğunda ve 3/8 çap-3/32 hat duvar kalınlığı yapısında olacak. İkinci parça 1/2-3/8 düz konektör ile 65 cm uzunluğunda %100 silikondan imal edilmiş 1/2 çaplı ikinci parçaya bağlanmış olacak ve buradan 1/2-3/8 konektör ile 70 cm. uzunluğunda (3/8 çap, 3/32 hat duvar kalınlığı yapısında) üçüncü parçaya bağlanmış olacaktır.
12. Set içerisinde 15 cm'lik (1/2 çap 3/32 duvar kalınlığında) bir hat olacak, hattın ucunda luerli düz konektör ve konekterün lüerine bağlı üç yollu musluk olacaktır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Dr. Abbas Nevai DEMİRKOL
Uzm. Dr. Demet GÖRFAHİ Uzmanı
Eğil. Tes. No: 114106

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Eğil. Tes. No: 114106
Kontrol No: 114106
Zakat MANTİ



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Devlet Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01-00
Yayın Tarihi	19.02.2016
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	23.10.2017
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

13. Set içerisinde 15 cm'lik (3/8 çap 3/32 duvar kalınlığında) bir hat olacak, hattın ucuna bağlı 3/8-3/8 luerli düz konnektör ve konnektörün luerine bağlı üç yollu musluk olacaktır.
14. Set içerisinde blender'e bağlanacak gaz filtresi olacak. filtrenin bir ucunda 10cm., diğer ucunda 130cm. uzunluğunda (1/4çap 1/16 duvar kalınlığında) yeşil PVC hat olacaktır.
15. Set içerisinde 80±10 cm. uzunluğunda geri kaçmayı önleyen valfli M/M sert uzatma ve 70±10 cm. uzunluğunda valfsiz M/M sert olacaktır.
16. Tubing setin içerisinde, basınç transducerini koruma amaçlı bir hat olmalıdır. Bu hattın ucu arteriyel filtre üzerine diğer ucu da basınç transducerine bağlantı yapmaya uygun olmalıdır. basınç transduceri koruma hattı üzerinde, küre yada koni şeklinde içerisinde membran bir yapı olmalı, bu membran yapı basınç ölçülmesine imkan sağlamalıdır. Firma her 50 set için bir adet transdüser verecektir.
17. Tubing set içerisinde her parçası 40 cm. olan Y hattı şeklinde hızlı doldurma seti olmalıdır. Y hattının her iki ucunda da spike bulunmalıdır. Uçları spike'lı olan bu her iki hat üzerinde de klemp bulunmalıdır. Spike'ların birinde hava portu bulunmalıdır.
18. Kardiyopleji kanı almak için 30 cm uzunluğunda (1 / 4 çap 1/16 duvar kalınlığında),bir ucu spike'lı ve üzerinde klemp bulunan bir hat bulunmalıdır.
19. Paketlerin üzerinde firma marka ve adı yazılı olacaktır.
20. Masa hattı çift kat paket içerisinde olacaktır. Masa hattı ile pompa hattı arasındaki steril alanı belirten renkli şeritler steril paket dışında kalacaktır.
21. Bütün konektörler tekli paketlerde olacak ve ne ile steril edildiği, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olacaktır.
22. Firma oksijenatör ve tüp seti ile tutturucularını ve ısı problemlerini da verecektir.
23. Ürün miadi içinde kullanılamazsa miadi dolmasına 6 ay kala yenisi ile değiştirilecektir. Firmalar bununla ilgili taahhütname verecektir.
24. Numune üzerinden değerlendirilecektir.
25. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi, sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.
26. Ürün teslim tarihindeki miadi en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Ahmet HAVAT DEMİRÖZ
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. T. S. No: 114136

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. ZAKİR MANTI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. T. S. No: 28032



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01-00
Yayın Tarihi	19.02.2016
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	23.10.2017
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

HEMOFİLTASYON SETİ

1. Kit yetişkin uygulamalara uygun olmalıdır.
2. Kit 2(iki) kan hattı, 1(bir) filtre ve ucuna en az 2(iki) litrelik drenaj torbası bağlı ultrafiltrasyon hattından oluşmalıdır.
3. Kiti oluşturan tüm bu setler ve filtre birbirlerine bağlı olmalıdır.
4. Kan hatlarının her biri 100-120cm uzunluğunda ve herbirinin bir enjeksiyon portu ile çok seviyeli ayarlanabilir kademeli klembi olmalıdır. Kan setlerinden en azından birinde kiti yıkamak (rins) için 1(bir) adet serum bağlantı konnektörü (spike) olmalıdır.
5. Filtre polietersülfon membran özellikli, en fazla 1,7m² yüzey alanlı ve kan dolum miktarı 20ml'den az olmalıdır. Ayrıca filtrenin ultrafiltrasyon katsayısı en az 70ml/saatXmmHg olmalıdır.
6. Ultrafiltrasyon seti 80-100cm uzunluğunda olmalıdır. Bu sette ayrıca bir adet çok seviyeli ayarlanabilir klemp olmalıdır.
7. Tüm kitin kan dolum miktarı (filtre dahil) 150ml'yi aşmamalıdır.
8. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi, sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.
9. Ürün teslim tarihindeki miadı en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Zekir MANTİ
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 28032

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Abhan Evai ÇEHİRKAN
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 114150



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01.00
Yayın Tarihi	01.08.2018
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

DAMAR ASKISI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Silikondan yapılmış olmalıdır.
2. Minimum 1,4 x 0,88 x 36 cm boyunda olmalıdır.
3. Damarların askıya alınması sırasında damar dokusunu en az travmatize edecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
4. Tekli veya çiftli steril paketlerde olmalıdır.
5. Yeteri kadar numune teslim edilmelidir. Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Teslim tarihindeki miadı en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.
7. Ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; Sağlık Bakanlığı TITUBB barkod no'su teklifle birlikte verilmeli ve teklif veren firmanında TITUBB kaydı olmalıdır.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Zeki MANTİ
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 28032

Eskişehir Şehir Hastanesi
Op. Dr. Abdurrahman DEMİRKOL
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 174758