



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 83967

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

13.09.2023

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE BOKS ÖNLÜĞÜ ALIMİ alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 15.09.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Senol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	AMELİYATHANE BOKS ÖNLÜĞÜ - ÇOK KULLANIMLIK (BOKS GÖMLEĞİ (ÇOK KULLANIMLIK))	3000	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11. Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359

Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr

Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

MEFRUŞAT ALIMI İÇİN
TEKNİK ŞARTNAME

AMELİYATHANE BOKS GÖMLEĞİ ÇOK KULLANIMLIK
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Boks gömleği terrycoton kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Kumaş % 65 polyester % 35 cotton kumaş karışımından harmanlanmış ve çekme oranı % 0-1 olmalıdır. Sıvı geçirmez ve leke itici olmalı, kolayca ütülenebilmelidir. Uluslararası Amerikan Style 4043 Test Data sonuçlarına ve ASTM F1671-95 ve F i670-95 şartlarına uygun olmalıdır. Sterilizasyon için, 100 yıkamadan sonra bakteri filtrasyonu %99.99 olmalıdır. k) Kumaş ağırlığı 95 gr./m2 (+,- 2Gr) bariyer ağırlığı 110~G/ w+/- 1 Gr.) olmalıdır.
- 3) Arkadan açık '0 (sıfır) yaka' ve yakası biyeli olmalıdır.
- 4) Kollar uzun ve reglan kol kesiminde olmalı ve çift iğne ile dikilmelidir.
- 5) Gömleğin Arkası sırtı kapanacak şekilde kruvaze olmalıdır.
- 6) Yaka ve belde yeteri kadar bağcık olmalıdır.(yaka, bel iç bağcık sağda, bel dış bağcıklar soldan bağlanacak şekilde olmalıdır.)
- 7) Bağcıkların başlama noktası pentrizli dikiş yapılmalıdır.
- 8) Yan dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
- 9) Gömleğin kolları dirseğe kadar, ön bedeni göğüsün yukarisından göbeğin altına kadar çift kat kumaştan imal edilmelidir.
- 10) Önlüklerin kol manşetleri **10-12 cm uzunluğunda** elastik örme, ribana olmalı, kullanarı rahatsız etmeyecek şekilde esnek olmalı, kumaş rengi ile uyumlu olmalı, eldiven giyilmesi sırasında kolların yukarı sıyrılmasını engelleyecek şekilde bileği kavramalı, yıkama esnasında yıpranmayacak, fazla esneyip deforme olmayacak özellikte olmalı, yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir.
- 11) Dikilecek tüm dikişlerde; kumaş rengiyle uyumlu, artık bırakmayan, yıkama esnasında yıpranmayan, renk atmayan kalitede ve sağlamlıkta iplik kullanılmalıdır.
- 12) Renkler solmayan boyadan imal edilmeli, boya ve kumaş sterilizasyon ve hijyen şartlarına uygun olmalıdır.
- 13) Yıkamadan sonra kumaş boya vermemelidir.
- 14) Boks gömleklerine ait renk tonları **idare tarafından** belirlenecektir.
- 15) Gömleğe ait ölçüler aşağıda verilmiş olup tüm gömlekler bu ölçülerde olacaktır.
 - Yaka bağcıkları 40'ar cm(±2) uzunluğunda 4 adet
 - Bel bağcıkları 75 cm(±2) uzunluğunda 4 adet
 - Boyundan itibaren ribana ve bilek dahil 80(±5)cm uzunluğunda
 - Boyu 135 ±2 cm uzunluğunda
 - Ön roba koltuk altından koltuk altına 76 cm(±2) uzunluğunda
 - Arka roba koltuk altından koltuk altına 37(±2) cm uzunluğunda 2 adet.
- 16) Malzemelerin numunesi ameliyathane ve MSÜ ne gösterilecek ve uygunluk verildikten sonra değerlendirilecektir.
- 17) İstekliler 3 adet ürün numunesini ve ürün hakkında açıklayıcı bilgileri içeren Türkçe broşürlerini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
- 18) Ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır.
- 19) Otoklav ısısına (134 °C derece) dayanıklı olmalıdır.
- 20) Göğüste sıvı geçirmeyen, ön tarafında 60 cm uzunluğunda bir katı olmalıdır. Bu sıvı geçirmeyen kat; kan ve sıvıya karşı leke tutmayan ve sıvıyı kaydıran özellikte olmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

İlhan ÖZDEMİR
Müdür Yardımcısı

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Kazım TEKİNTÜRK
Müdür
MM1245