



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 84033

TEKLİF MEKTUBU

18.09.2023

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ İÇİN VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM KİTİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 20.09.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	VENTİLATÖR CİHAZI BAKIM KİTİ (BİOSYS MARKA BİYOVENT MODEL)	12	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

VENTİLATOR CİHAZI BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set BIOSYS marka BİYOVENT model ventilatör cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.
2. Set; bir adet oksijen sensörü, iki adet batarya, üç adet oring ve fan filtresinden oluşmalıdır.
3. Oksijen Sensörü üzerinde üretim tarihi ve PIN numarası yazılı olmalıdır.
4. Oksijen sensörü korozyona dayanıklı olması için kontakt hariç pilastik kaplamalı olmalıdır.
5. Oksijen sensörü soket girişi Molex 3 pinli olmalıdır.
6. Oksijen sensörün üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için o-ring olmalıdır.
7. Oksijen sensörü cihaza monte edildikten sonra ve istenildiği zaman kalibrasyondan geçebilmelidir.
8. Batarya voltajı 12.0 volt olmalıdır.
9. Batarya kapasitesi minimum 7000 mAh olmalıdır.
10. Batarya boyutu uzunluk 151mm, genişlik 65mm, yükseklik 95mm olmalıdır.
11. Batarya cihaza monte edildikten sonra ve istenildiği zaman kalibrasyondan geçebilmelidir.
12. Fan filtresi 8x8 boyutlarında 2 mm kalınlığında olmalıdır.
13. Fan filtresi cihaza girecek tozları engelleyecek yapıda olmalıdır.
14. Fan filtresi cihaza hava girişini engellemeyecek yapıda olmalıdır.
15. Oringler 15X1.5 ve 9X1.5 boyutlarında olmalıdır.
16. Ürünleri teklif eden firmanın Biosys firmasından alınmış yetki belgesi bulunmalıdır.
17. Ürünlerin kullanım süresi içerisinde kullanıcı hatası dışında (sıvı teması, yanlış kullanım, monteleme problemleri gibi) çalışmaması durumunda, firma tarafından yenisi ile ürünler değiştirilmelidir.
18. Ürün veya parçalar üretim hatalarına karşı bir (1) yıl garanti kapsamında olup yenisi ile değiştirilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİNÇER DİNGİÇ
Biyomedikal Mühendisi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi