



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 84030

TEKLİF MEKTUBU

18.09.2023

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ ENDOSKOPI BİRİMİ İÇİN ENDOSKOPIK EMME VE YIKAMA SİSTEMİ HAVA/SU TANKI ALIMI alımı işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 20.09.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ENDOSKOPIK EMME VE YIKAMA SİSTEMİ HAVA / SU KONTROL BUTONU	3	ADET		
2	ENDOSKOPIK EMME VE YIKAMA SİSTEMİ EMME KONTROL BUTONU	3	ADET		
3	ENDOSKOPIK EMME VE YIKAMA SİSTEMİ HAVA / SU TANKI	2	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarflar üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

ENDOSKOPIK EMME VE YIKAMA SİSTEMİ HAVA / SU TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.) Su tankı şeffaf plastik olmalıdır.
- 2.) Su tankının kapağı üst bölümde olmalı ve çevirilerek açılabilmelidir.
- 3.) Su tankının processor cihazına veya taşıyıcı üniteye konuşturılabilmesi için üzerinde bir aparat bulunmalıdır.
- 4.) Su tankının endoskopi cihazına bağlanacak bölümünde metal bir konnektör bulunmalıdır.
- 5.) Su tankı işe konnektör arasında su ve havayı ileten ara bölüm elastik yapıda olmalıdır.
- 6.) Su tankı hastanemizdeki tüm fujiyon endoskopi cihazları ile sorunsuz çalışabilmelidir.
- 7.) Su tankı 250 ml su alabilmelidir.
- 8.) Su tankı insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
- 9.) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday ve isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) 'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday ve isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayi olduğuna dair TITUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır.
- 10.)Yedek parça 6 ay garantili olmalıdır.
- 11.)Numuneye göre alınacaktır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİNER DALGIC
Biyomedikal Mühendisi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi

Endoskopik Emme ve Yıkama Sistemi Emme Kontrol Butonu

1. Tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Maddesi 'o' bendinde belirtildiği üzere imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan bir aksesuar olduğundan alınacaktır.
2. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday ve isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) 'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday ve isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır. UBB kapsamında olmaması durumunda kapsam dışında olduğu belirtilecektir.
3. Hastanemizde kullanılan fujinon marka endokopi cihazları ile sorunsuzca çalışabilmelidir.
4. İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir madde barındırmamalıdır.
5. Elle kumanda edilen bölümü sert plastik, diğer kısmı paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
6. Fujinon marka 700 serisi cihazlarının emme işlemini sorunsuzca organize edebilmelidir.
7. Cihazdan zahmetsizce çıkarılabilmeli ve yıkama dezenfekte edilebilmelidir.
8. Numuneye göre alınacaktır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİNÇER DALGIÇ
Biyomedikal Mühendisi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi

Endoskopik Emme ve Yıkama Sistemi Hava/Su Kontrol Butonu

1. Tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Maddesi 'o' bendinde belirtildiği üzere imalatçısı tarafından özellikle tanı ve/veya tedavi amaçlı kullanılmak üzere imal edilmiş ve tıbbi cihazın amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan bir aksesuar olduğundan alınacaktır.
2. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, hizmet alımlarında veya kit ve sarf karşılığı hizmet alımlarında, aday ve isteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) 'a veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS)'ye kaydının aranması zorunludur. Aday ve isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB veya ÜTS kaydı aranacaktır. UBB kapsamında olmaması durumunda kapsam dışında olduğu belirtilecektir.
3. Hava su butonu 4 adet conta bölümüne sahip olmalıdır.
4. Hastanemizde kullanılan fujinon marka endoskopi cihazları ile sorunsuzca çalışabilmelidir.
5. İnsan sağlığına zarar verecek hiçbir madde barındırmamalıdır.
6. Elle kumanda edilen bölümü sert plastik, diğer kısmı paslanmaz çelik yapıda olmalıdır.
7. Fujinon marka 700 serisi cihazlarının hava su verme işlemini sorunsuzca organize edebilmelidir.
8. Cihazdan zahmetsizce çıkarılabilmeli ve yıkanıp dezenfekte edilebilmelidir.
9. Numuneye göre alınacaktır.

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ
Merve ÖNER DALGİÇ
Biyomedikal Mühendis

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi