



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 84085

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

20.09.2023

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ GÖZ HASTALIKLARI BİRİMİ İÇİN GÖZLÜK CAMI DENEME ÇERÇEVESİ, GÖZLÜK DENEME KUTUSU VE GÖZ EŞELİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 22.09.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	GÖZ EŞELİ, GÖZ EŞELİ DİJİTAL MONİTÖR TİP (projeksiyon eşel)	1	ADET		
2	GÖZLÜK CAMI DENEME ÇERÇEVESİ YETİŞKİN YARIM ÇERÇEVE	1	ADET		
3	GÖZLÜK CAMI - LENSİ DENEME SETİ	1	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITÜBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağı: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

GÖZLÜK DENEME KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gözlük kutusu kapağı kalkabilir taşıma çantası ile verilmelidir. Kutunun kilidi olmalıdır.
2. Kutuda en az 236 adet deneme camı bulunmalıdır.
3. Kutuda 140 adet sferik, 76 adet silindirik, 10 adet prizma ve 10 adet aksesuar camı bulunmalıdır.
4. Kutuda sferik ve silindirik camların her birinden ikişer adet (sağ ve sol göz için) bulunmalıdır.
5. Camlar çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır.
6. Kutudaki camların iç çapı 25mm ve dış çapı 38mm olmalıdır.
7. Kutunun içindeki camlar plastik kaplamalı olmalı ve tutmak için sapı olmalıdır.
8. Miyop ve hipermetrop camların kaplamaları farklı renkte olmalıdır.
9. Sferik cam değerleri:
 ± 0.25 D' ye kadar ± 0.25 D
 ± 0.25 D ile ± 4 D arasında ± 0.25 D
 ± 4 D ile ± 8 D arasında ± 0.50 D
 ± 8 D ile ± 16 D arasında ± 1 D
 ± 16 D ile ± 20 D arasında ± 2 D'lik artışlarla olmalıdır.
10. Silindirik cam değerleri:
 ± 0.25 D'ye kadar ± 0.12 D
 ± 0.25 D ile ± 4 D arasında ± 0.25 D
 ± 3.50 D ile ± 5 D arasında ± 0.50 D
 ± 5 D ile ± 6 D arasında ± 1 D'lik artışlarla olmalıdır.
11. Prizma cam değerleri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olmalıdır.
12. Aksesuar camları toplam 10 adet olmalıdır. 2 adet merkezleştirme camı, buzlu cam, kırmızı cam, yeşil cam, pinhole deliği camı, slit camı, sıfır diyopter camı, siyah kapama camı ve

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Serkan EMEÇ
Dip.Tes.No. 113901
Göz Hastalıkları Uzmanı

maddox camını içermelidir.

13. Silindirik camlarda aks çizgisi olmalıdır.

14. Kutunun boyutları 530x390x105mm olmalıdır.

ESKİŞEHİR SEHİR HASTANESİ
Op.Dr. Ahmet Serkan EMEC
Dip.Tes.hic. 11.9901
Göz Hastalıkları Uzmanı

PROJEKSİYON EŞELİ ŞARTNAMESİ:

1. Uzaktan kumandalı ve programlanabilir olan projeksiyon eşelinde göz muayenesi için gerekli olan her türlü eşel bulunmalıdır.
2. Sitem içerisinde 33 veya 30 adet standart eşel bulunmalıdır.
3. Bir adet açma, yatay, dikey ve 20 adet tek mask bulunmalıdır.
4. kablosuz uzaktan kumandanın yardımıyla işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanmalıdır. Aynı zaman da cihazın program özelliği kullanılarak daha sağlıklı ölçümler yapılabilmelidir.
5. Cihazın istenilen şekilde düzenlenebilen 3 veya 2 adet programı bulunmalıdır.
6. Yarı geçirgen imleç sayesinde , plakalardaki tüm işaretleri satır satır , sütun sütun ve harf harf göstermelidir.
7. Parlak ve yüksek çözünürlümlü mercekler , perde de net bir görüntü oluşturmali böylelikle işlemlerin hassas sağlanmalıdır.
8. Projeksiyon eşelinin aydınlatması 3WLED lamba ile yapılmalı veya 12V50W halojen lamba ile yapılmalıdır.Halojen aydınlatmalı cihazların yanında 15 adet yedek lamba verilmelidir.
9. Plaka dönme hızı 0.03 saniye olmalıdır.
10. Projeksiyon büyütmesi 5 metre de 30X olmalıdır.
11. Projeksiyon mesafesi 3-6 m olmalıdır.
12. Cihaz kullanılmadığı 5 ile 15 dakika arasında otomatik olarak kapanmalıdır.
13. Cihazda yeşil ve kırmızı filtreleri bulunmalıdır.
14. Cihaz , aynı marka foroptere bağlanabilmeli ve fototerin kumanda paneli ile chart projector kumanda edilebilmelidir.
15. Cihaz ilerde opsiyonel olarak alınabilecek kendi markasından otorefraktometre, otorefkeratometre, otorefkerato-tonometre-pakimetre cihazları bulunmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTA
Op.Dr. Ahmet Serkan Çiğir
Dip.Tes.No: 1991
Göz Hastalıkları Uzmanı

YETİŞKİN YARIM MODEL BURUN AYARLI GÖZLÜK DENEME ÇERÇEVESİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ VAZGEÇİLMEZ İSTEK VE ÖZELLİKLER:

1. Deneme çerçevesi yarım model, çok hafif metal ve plastik olmalıdır.
2. Üç çift lens takılabilir olmalıdır.
3. Pupil mesafesi 59 – 67 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır.
4. Köşeler açı ve uzunluk bakımından ayarlanabilmelidir.
5. 38 mm çapında deneme camları ile kullanılabilir olmalıdır.
6. Burun desteği olmalıdır ve ayarlanabilmelidir

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTA
Op.Dr. Ahmet Serkan
Dip.Tes. Koc
Göz Hastan

