

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 215372

TEKLİF MEKTUBU

11.01.2022

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ KARDİYOLOJİ BİRİMİ İÇİN GÖĞÜS TÜPÜ VE VESSEL KANÜL ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 13.01.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TORAKS KATETERİ 32CH(ŞARTNAMEYE GÖRE)	40	ADET		
2	TORAKS KATETERİ 36CH(ŞARTNAMEYE GÖRE)	60	ADET		
3	VESSEL KANÜL	100	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.
- 10.Ahımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 240 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idareimizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

TEKNİK ŞARTNAME

GÖĞÜS TÜPÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hortum uzunluğu boyunca Radyoopak çizgi içermelidir.
2. Plevra boşluğuna uyum sağlayan şeffaf ve yumuşak PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
3. Dren kalınlığı 24FR-28FR-32FR-36FR ve uzunluğu 45 cm olmalıdır.
4. Firma birimin istediği ölçüde ürünü, istediği sayıda teslim etmeyi taahhüt etmelidir.
5. Uç kısmı travma oluşturmayacak şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.
6. Kateterde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır.
7. Son delikten itibaren ikişer cm ara ile drenin vücut içinde kalan kısmının uzunluğunu gösteren rakamlar dren üzerinde belirtilmiş olmalıdır
8. ETO ile steril edilmiş olmalı ve iki kat ambalaj edilmiş olmalıdır.
9. İlk deliğe kadar olan kısım Mediasten içine yerleştirilince By-pass greftlerine temas etmeyecek boyda olmalıdır.
10. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
11. Numune teslim etmeyen veya numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
12. Ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır UTS ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır ve faturada lot ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Op. Dr. Etem YÖĞÜMLÜ
Tale Dineri Qırıstı Usmacı
Tale No: 00015


Eskişehir Şehir Hastanesi
Op. Dr. Etem YÖĞÜMLÜ
Tale Dineri Qırıstı Usmacı
Tale No: 00015


TEKNİK ŞARTNAME

VESSEL KANÜL

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanül şeffaf bir madde olan PVC'den mamul olmalıdır.
2. Kanülün ucu yumuşak tipte olmalıdır.
3. Kanülün uzunluğu 2,5" ve 9FR olmalıdır.
4. Kanülün ucu 2 aşamalı ve 3 mm-3,6mm arasındaki kullanımlar için uygun olmalıdır.
5. Kanülün tek yollu-check valve olmalıdır.
6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
7. Numuneler denenecektir. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
8. Numune teslim etmeyen veya numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
9. Ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır


Eskişehir Şehir Hastanesi
Dr. İsmail YAGCI
Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı
T.C. Kimlik No: 40810


Eskişehir Şehir Hastanesi
Dr. İsmail YAGCI
Kardiyovasküler Cerrahi Uzmanı
T.C. Kimlik No: 40810