Kayıt No: **215394**

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

12.01.2022

Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ GENEL CERRAHİ BİRİMİ İÇİN AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞU ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 14.01.2022 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	LİNEER KESİCİ KAPATICI KARTUŞ AYARLANABİLİR 55-60 MM	30	ADET		
2	AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞU 75MM	50	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 240 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞ (SR75)
TEKNİK ŞARTNAME

1. Disposable olmalıdır.Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır.
4. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
5. Lineer kesici stapler kartuşunun içerisinde en az 118 adet titanyum alaşımlı zımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
7. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Teklif veren firma bu özelliği gösteren evrakı ihale dosyasında sunmalıdır.
9. İçerisindeki zımbalar daha çok doku alan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda, orta/kalın kalınlığındaki dokularda, kalın dokularda kapama yapılabilmelidir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır.
12. Teklif edilen kartuş kullanılacak stapler ile birlikte değerlendirilecektir.
13. Her 10 Adet kartuş ile 1 adet stapler bedelsiz olarak teslim edilecektir.
14. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.

14. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkot no'su teklif ekinde sunulmalıdır.Ayrıcz ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası , son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr.Alpaslan AKCAN
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Uğur DURUKAN
Genel Cerrahi Uzmanı

AYARLANABİLİR ZIMBA HEMOSTATİK KESİCİ KAPATICI KARTUŞ (SR55)

TEKNİK ŞARTNAME

1. Disposable, Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
2. Aynı anda altı sıra zımba atma, hem de bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
3. Kartuşunun ateşleme açık bacak uzunluğu 4,3 mm olmalıdır
4. Zımba çapı 0.23 mm olmalıdır
5. Kartuşunun içerisinde en az 88 adet titanyum zımba bulunmalıdır.
6. Kartuşun ateşlendiğini belirten renkli yuvalar görünmelidir.
7. Ateşlemiş veya yarı ateşlenmiş kartuş ile tekrar kullanımı engelleyen güvenlik mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Üzerindeki bıçak 440 derece paslanmaz çelikten üretilmiş ve bıçağın koruyucu yuvası olmalıdır.
9. İçerisindeki zımbalar maksimum hemostaz sağlayan 3 boyutlu kavrama özelliğinde olmalıdır. Bu sayede anastomoz kaçağını minimuma indirerek daha güvenli kapama gerçekleştirmelidir.
10. Aynı kartuş normal kalınlıklardaki dokularda (1.5mm) , orta/kalın kalınlığındaki dokularda(1.8mm), kalın dokularda (2.0mm) kapama yapılabilmelidir.
11. Farklı dokulara uygun boyutta zımba kullanımı, 3 sıra ve kavrayıcı zımbaları ile daha geniş alanda etkin kullanımı ile daha anastomoz hattında daha hemostatik kesme kapama yapmalıdır.
12. Teklif edilen kartuş kullanılacak stapleri ile birlikte değerlendirilecektir.
13. Her 10 Adet kartuş ile 1 adet stapler bedelsiz teslim edilmelidir.
14. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.
15. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkot no'su teklif ekinde sunulmalıdır.Ayrıcz ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası , son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Uğur DURUKAN
Dip.Tes.No:137655
Genel Cerrahi Uzmanı

ŞEHİR HASTANESİ
Alpaslan AKCAN
Tes.No:90210
Koordinasyon Uzmanı