



**T.C.**  
**ESKİŞEHİR VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Eskişehir Şehir Hastanesi**

**TEKLİF MEKTUBU**

01.09.2022

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ ENDOSKOPI BİRİMİ İÇİN ENDOSKOPIK MARKER ALIMİ işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 02.09.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY  
Başhekim a.  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ENDOSKOPIK MARKER	10	ADET		
<b>Toplam</b>					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358  
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin de Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişler malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü  
Eskişehir Şehir Hastanesi

<b>Doküman No</b>	<b>KU.YD.01.00</b>
Yayın Tarihi	01.08.2018
Revizyon No	0
<b>Revizyon Tarihi</b>	
Sayfa	1 / 1

## ENDOSKOPİK MARKER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Endoskopik marker, tamamen biyo yararlanımı olan ürünlerden oluşmalıdır.
2. Endoskopik marker, içeriğinde amonyum, fenol tuzları ve shellak içermelidir.
3. Endoskopik marker, kalın bağırsakta ve yemek borusunda, pankreas'ta endoskopi ile girilerek skleroterapi iğnesi, gerektiğinde enteroskopik skleroterapi iğnesi vasıtasıyla mukoza altına enjeksiyon şeklinde uygulanabilmeli ve uygulanabilirliği klinik çalışmalarla belgelenmelidir.
4. Endoskopik marker, uzun süre kalıcılığı olan bir boyama yapabilir olmalıdır.
5. Endoskopik marker, maddesi karbon black olmalıdır.
6. Gastrointestinal kanalda gözlenen polip tümör, erozyonlu bölgeler ve her türlü lezyonu boyayabilir özellikte olmalıdır.
7. Endoskopik marker ile yapılan boyama neticesinde, boya seroza dokusunda net görülebilir olmalıdır.
8. Laparoskopik ya da açık cerrahi girişimlerde net görünüm sergilemelidir.
9. Yan etkisi olmamalıdır.
10. Steril olmalıdır. Projensiz olmalıdır.
11. Kendi enjektörü içerisinde ambalajlanmış olmalı ve donmamalıdır.
12. Kullanıma hazır olmalıdır.
13. Raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
14. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
15. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Numune ile teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bölüm gerekli görürse numuneyi kullanacaktır.
16. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 (Üç) ay kala firmaya haber verildiğinde değişim yapılmalıdır.
17. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Uzm. Dr. Orhan KALAYCI  
Dip.Tes.No:115830  
Cerrahi Onkoloji Uzmanı

Firdevs Şen  
Hançine  
Jus