Kayıt No: **220722**

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

12.09.2022

Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ DİŞ BİRİMİ İÇİN ENDODONTİK MOTOR VE DÖNER KANAL EĞESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 14.09.2022 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 04 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK	10	ADET		
2	ENDODONTİK MOTOR - ENDOMOTOR CİHAZLARI, ENDODONTİK MOTOR (APEKS LOCATERLI) LED IŞIKSIZ (KABLOSUZ)	1	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3`ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

ENDODONTİK MOTOR (APEKS LOCATERLI) LED IŞIKSIZ (KABLOSUZ)

1 Cihaz, endomotor tork kontrollü sürekli dönüş ve ileri geri hareketlerle endodontik aletler kullanılarak diş kök kanalı tedavisinde kullanmak için üretilen medikal bir cihaz olacaktır.

2 Alınacak cihazın kutu içeriğinde en az; Endodontik motor cihazı (el parçası), anguldruva kafası, şarj cihazı, adaptör, apeks kablosu, apeks dudak kancası, anguldurva kafası koruma kılıfı, yağlama ucu, kullanım kılavuzu bulunacaktır.

3 Cihaz şarjlı olacak, cihazda bulunan şarjlı pil 3,6 V, en az 1.000 mAh kapasiteli olacaktır.

4 En az 600 devir/dakikalık dönüş hızını destekleyecektir.

5 Tork olarak 4,0 Ncm'yi destekleyecektir.

6 El aleti üzerinde en az; AÇ/KAPA tuşu, ayar tuşu, ayar tuşları (+ ve –) ve led gösterge ekranı olacaktır.

7 Cihazda en az; Saat yönünde döndürme, Saat yönü tersine döndürme, Reciprocation modu bulunacaktır.

8 Cihaz üzerinde CE işareti bulunacaktır.

9 Yüklenici, cihazların kullanımı ile ilgili eğitim verecektir. Eğitimin yeri ve zamanı idare tarafından belirlenecektir.

GENEL/DİĞER İSTEKLER

1 Talep edilen ürünler, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3. maddesinin o bendi uyarınca tıbbi amaçla kullanılabilecektir.

2. Aksi idari şartnamede belirtilmediği takdirde istekli/yüklenici tarafından, tıbbi cihaz alımlarında ilgili mevzuatlar kapsamında tıbbi cihaz kaydına esas olan tüm ürün, cihaz, yedek parça, aksesuar, sarf ve yazılımlara ilişkin ayrı ayrı TİTUBB/ÜTS kayıt barkodları teklif dokümanları ihale dosyasında ve faturalarda beyan edilecektir.

3. Aksi idari şartnamede belirtilmediği takdirde istekli/yüklenici tarafından cihazlara, garanti süresi boyunca yıllık %95 uptime garantisi verilecektir. Cihazın ilk müdahalesini takiben tamamıyla hasta alınamaması durumunda cihaz down sayılacaktır. %5'lik down sürenin aşılması durumunda aşılan her iş günü için, cihazın son 10 günlük toplam işlem sayısının ortalaması ile cihaz ile gerçekleştirilen en yüksek SUT işlem bedeline sahip işlem çarpanı kadar idari para cezası kesilecektir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ
Dip.No:34098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANE
Dt. Rüveyda SARIYILDIZ
Dip. Tes. No: 55592
Diş Tabibi

DÖNER KANAL EĞESİ ANGLDRUVA İÇİN

1.Ürün NiTi alaşımından yapılmış olmalıdır.
2.Ürün Shaper (Şekillendirici) ve Finisher (Bitirici) diye adlandırılan iki farklı grupta olacaktır.
3.Ürününün kronal genişletmeye yarayan eğelerinin bu genişletmeyi sağlamak amacıyla artarak artan koniklik açısına sahip olmalıdır.
4.Ürününün apikal şekillendirmeye yarayan eğelerinin bu şekillendirmeyi sağlamak amacıyla azalarak artan koniklik açısına sahip olmalıdır.
5.Ürünün kesitleri üçgen konveks bir yapıda olacaktır. Son üç bitirici eğe için modifiye üçgen konveks kesite ilaveten her kenarında oluklar bulunacaktır.
6.Ürünün en uçları kesmeyen rehber uç seklinde olmalıdır.
7.Ürünün tum bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmıs olacaktır.Kanal eğeleri standart eğe renk kodlarında olacaktır.
8.Renk halkası olmayan kanal eğesi 19 mm olacaktır.
9.Renk halkası olan kanal eğelerin 21 ve 25 ve 31mm'lik boyları bulunacaktır.
10.Tüm bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmıs olacaktır.
11.Kanal eğelerinin optimal dönüş hızı 250 devir/dakika olacaktır.
12.Set içinde toplam 6 eğe olacaktır.
13.Her bir eğe grubunun sortisi 6 eğelik paket halinde ayrı olarak satın alınabilecektir.
14.25 mm.lik standart boydaki her bir ege uzerinde 18,19,20 ve 22mm. lerde isaret bulunmalidir.
15.Egelerin başlık icine giren sap kısmı 13mm. olacaktır.
16.Steril edilebilir sıralayıcısı gerektiğinde temin edilebilir olacaktır.
17.Eğeler crown-down yöntemiyle kullanıma uygun olacaktır.
18.Başlangıç seti içerisinde her bir eğe için gereken tork değeri belirtilecektir.
19.Egelerin tamamının aynı zamanda el icin kullanılabilen versiyonları gerektiğinde temin edilebilir olacaktır.
20.Sistemin re-treatment egeleri de bulunacaktır.
21.Ni-ti döner eğe ile beraber birer adet re-treatment eğe ve el için kullanılabilen versiyonunun numunesi verilecektir.

22- Hastanenin istediği renk kodları bulunacaktır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ
Dip. No:34098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dt. Rüveyda SARIYILDIZ
Dip. Tes. No: 55592
Diş Tabibi