



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: **221847**

TEKLİF MEKTUBU

27.09.2022

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ İÇİN SİMENS MARKA G20 MODEL ULTRASON CİHAZI İÇİN TEKERLEK VE CAREFUSION MARKA AVEA MODEL VENTİLATÖR İÇİN OKSİJEN SENSÖRÜ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 29.09.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	VENTİLATÖR CİHAZI TEKERLEĞİ FRENLİ(SİEMENS MARKA G20 MODEL ULTRASON CİHAZI TEKERLEĞİ)	4	ADET		
2	VENTİLATÖR TEST CİHAZI OKSİJEN SENSÖRÜ(CAREFUSION MARKA AVEA MODEL VENTİLATÖR OKSİJEN SENSÖRÜ)	2	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No KU.YD.01.00

Yayın Tarihi 01.08.2018

Revizyon No 0

Revizyon Tarihi

Sayfa 1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

ESKİŞEHİR DEVLET HASTANESİNDEN GELEN SİMENS MARKA G20 MODEL ULTRASON CİHAZI İÇİN TEKERLEK ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Hastanemizin B 7 kat KBB servisi muayene odasında faaliyet gösteren Simens Marka, G20 Model Ultrason Cihaz için bir takım (4 Adet) tekerlek alımı yapılacaktır. Mevcut tekerlekleri çok yıpranmış ve düzgün yürümüyor.

1. Tekerlekler Simens Marka G20 model Ultrason cihazımıza uyumlu olmalıdır.
2. Tekerlekler titreşimi absorbe etmeli
3. Tekerlekler çalıştığı zemine zarar vermemeli
4. Aşınmaya karşı dayanıklı olmalı
5. Paslanmaya ve renk atmasına karşı dayanıklı olmalı
6. Kimyasal ve sterilizasyon maddelerine karşı dayanıklı olmalı
7. Tekerlekler orijinal ambalajlarında ve kullanılmamış olmalı
8. Tekerlekler ekte sunulan resimdeki görsele uymalı ve biyomedikal ekibimiz tekerleğin takılabildiğine onay vermeli.
9. Yedek parça için CE ve TSE ve İso 9001 gibi belgeleri varsa teklifin ekinde sunulacaktır.
10. Ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod numarası teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , Sut kodu ve Lot numarası belirtilmelidir.
11. Ürünün taşınmasında kargo giderlerinin yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİLİÇER DALGIÇ
Biyomedikal Mühendisi


ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Ersin EİDAN
(Memur)

Klinik Mühendislik Birimi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

Merve DİNAR DALGIÇ
Biyomedikal Mühendisi





T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No KU.YD.01.00

Yayın Tarihi 01.08.2018

Revizyon No 0

Revizyon Tarihi

Sayfa 1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

CAREFUSİON MARKA AVEA MODEL VENTİLATÖR İÇİN OKSİJEN SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Hastanemiz çocuk yoğun bakım 3 servisinde bulunan Carefusion Marka , Avea model ventilatör cihazımıza 4 adet oksijen sensörü alınacaktır. Alınması planlanan oksijen sensörünün özellikleri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.

1. Oksijen sensörü; Carefusion Marka , Avea model Ventilatör cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Sensör üç pinli ve cihaz üzerindeki girişine kolayca takılıp sökülebilmelidir.
3. Oksijen sensörü Hastaya giden havadaki oksijen konsantrasyonunu(%21-%100) ölçüp cihaz monitöründe görülebilmesine olanak sağlamalıdır.
- 4.Oksijen Sensörü üzerinde veya paketin üzerinde üretim tarihi ve P/N numarası yazılı olmalıdır
5. Sensör teklifi veren firma, AVEA Cihazlarına servis verme ve bakım yapma yetkisine sahip olduğunu belgelenmelidir
6. Sensörün üzerinde sızdırmazlığı sağlamak için O-ring olmalıdır.
7. Sensör cihaza monte edildikten sonra ve istenildiği zaman kalibrasyondan geçebilmelidir.
- 8.Yüklenici firma vermiş olduğu sensörler için 1 (bir) yıl süreli garanti belgesi vermelidir.
- 9.Firmalar ISO 9001 Kalite Standartlarına sahip olmalı ve bunu teklifte belgelemelidir.
10. İlgili sarf malzeme cihaza uyumlu olmalı cihazda meydana getirdiği arıza durumunda, teklif veren firmanın bölümdeki Avea ventilatörlere müdahale yetkisine sahip olduklarını gösterir teknik servis eğitim sertifikaları bulunmalıdır.
11. Ürün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamında ise Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır. Ve TİTUBB barkod numarası teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , Sut kodu ve Lot numarası belirtilmelidir.
12. Ürün CE belgeli olmalıdır.
13. Parçanın taşınması yüklenici firmaya aittir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FİDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve BİLİR KAYGIÇ
Biyomedikal Mühendisi