



T.C.  
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/  
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (6) kalem HASTANEMİZ GÖZ BİRİMİ İÇİN LENS ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. harf fiyat teklifinizi en geç 03.10.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY

Başhekim a.

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

30.09.2022

Kayıt No: 221896

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +18.0D (+0,5D)(HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +18.0)	10	ADET		
2	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +19.0D (+0,5D)(HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +19.0)	20	ADET		
3	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +20.0D (+0,5D)(HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +20.5)	30	ADET		
4	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +21.0D (+0,5D)(HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +21.0)	40	ADET		
5	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +21.0D (+0,5D)(HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +21.5)	40	ADET		
6	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +22.0D (+0,5D)(HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) , +22.0)	40	ADET		
TOPLAM					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358

NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin 2. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapakğı yapılandırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3. Fiyatlar KDV hariçtir.

4. Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemenin ÜB numarası fatüraya mutlaka yazılacaktır.

6. Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7. Düzenlenecek fatüra da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8. Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücutta verilebilen aktif cihaz

yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TTTÜBB ve ÜTS

de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif

edilip alınırsa dahı ödemesi yapılmayacaktır.

9. Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getirilecektir.

10. Alınan acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için

yasal işlem yapılacaktır.

11. Tıbbi sarf malzemenlerin teslim edildiği tarihte malzemenlerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12. Fatüra, malzeme teslim edildiğkten sonra kesilecek.

13. Fatüra bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14. Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15. Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idareimizin

yetkisindedir.

16. Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş

olarak kabul edilecektir.

17. Bu alım uygulamasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri

yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü  
Eskişehir Şehir Hastanesi

## HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR TEK PARÇA İOL (INTRAOOKÜLER LENS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Doküman No KÜ.YD.01.00  
Yayın Tarihi 01.08.2018  
Revizyon No 0  
Revizyon Tarihi  
Sayfa 1 / 1

1. Katarakt ameliyatlarında kullanılan lensler 2,2-2,8 mm lik kornea kesilerden göz içine yerleştirilebilmelidir.

2. Lensler tek parça (Mono blok) ve yüzeyi "Hidrofobik" (Akrilat – Metakrilat) yapıda olmalıdır.

3. Lensin su içeriği %1,25 olmalıdır.

4. Lensler PCO nun engellenmesi için keskin/kare kenarlı,asimetrik veya bikonveks olmalıdır.

5. Haptik yapısı modifiye C veya L olmalıdır.

6. "Optik Çapı" 6.00 mm, "Haptik Boyu 12.50 mm veya 13.00 mm olmalıdır.

7. Ultrasonografik A-Constant değeri 117,8 ile 119,1 arasında olmalıdır.

8. Refraktif indeksi 1,45 ile 1,56 arasında olmalıdır.

9. Lenslerin haptik açılanması 0 derece olmalıdır.

10. UV ışını korumalı ve YAG Lazere dayanıklı olmalıdır.

11. Yüklenici firma teslimatta klinik kullanıma uygun kesi aralıklarında implantasyona olanak veren ve kliniğin istediği sistemde (kelebek veya tek parça) kartuş sistemi vermemelidir.

12. Lensler enjektör ve kartuş sistemi ile implantasyona uygun olmalı ve her lens için 1 adet steril tek kullanımlık kartuş ve 1 adet steril tek kullanımlık uygun enjektör ile birlikte verilmelidir.

13. Lensler bu kartuş enjektör sistemi ile 2,2-2,8mm'lik kesilerden implante edilebilmelidir.

14. Lensler gizilmeden, kırılmadan ve herhangi bir deformasyona uğramadan 25 dioptri üstü numaralarda da kolayca kartuş sisteminden katlanarak geçebilmeli ve kapsüle zarar vermemelidir.

15. Hastanın talebi halinde teslim edilen lenslerin %10 fazlası kadar kartuş (disposable) ve enjektör sistemi (disposable) verilmelidir.

16. Reusable enjektör sistemi kullanan firmalar her 500 adet lens için 1 adet reusable enjektör ve her bir lens için 1 adet disposable kartuş verilmelidir.

17. Steril ambalajlı olmalıdır.

18. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITÜBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Op.Dr. Mustafa TAMBOVA  
Göz Hastalıkları Uzmanı

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Op.Dr. Mustafa TAMBOVA  
Göz Hastalıkları Uzmanı