Kayıt No: **221888**

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

30.09.2022

Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ YOĞUN BAKIM BİRİMİ İÇİN ASPİRASYON HORTUMU VE BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 03.10.2022 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN	500	ADET		
2	ASPİRASYON HORTUMU	1000	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

ASPİRASYON HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Aspirasyon cihazları ile vakum yöntemiyle sıvı veya partikül çekme gerektiren tüm işlemlerde aspiratör uçlarına bağlantı yapılabilmesi amacı için tasarlanmış olmalıdır.

2. Aspiratör hortumu 1/4- 1/6 çaplarında en az 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Ürün PVC den üretilmiş ve çizgili yapıda olmalı, bükülmeye dirençli olmalıdır.
4. Ürün ün her iki ucunda PVC den yapılmış konik konnektör bulunmalıdır.
5. Konnektör kesilmek sureti ile çap istenildiği şekilde büyültüle bilinmelidir.
6. Ürün biyo uyumlu olmalıdır. (İthal ürünler içinde biyo uyumluluk raporları sunulmalı ve bu rapor Türkiye akredite kuruluşlarından alınmış olmalıdır.)
7. Ürün üstünde artık madde, çapak vb. olmamalıdır.
8. Ürün üniversal olmalı kullanım için bağlanılacak olan tüm aspiratör uçlarına uyumlu olmalıdır.

9. Ürünün raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
10. CE belgesi olmalı ve Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır.
11. Temiz odada üretilmiş olmalı ve buna ait validasyon raporları mevcut olmalıdır.
12. Steril tekli poşetlerde teslim edilmelidir.
13. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Servis Sorumlusu

BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün bakteri filtrasyonu sağlamalıdır.

2. Ürünün yetişkin, pediatrik ve yenidoğan boyları olmalıdır.

3. Ürünün ağırlığı en fazla 30 gr olmalıdır.
4. Üründe ölü boşluk en fazla 60 ml olmalıdır
5. Yetişkin hastalarda kullanılan filtrenin akış rezistansı 60 L/dakikalık akış için <2.2(±0.1) cm H_2O, 30 L/dakikalık akış için <0.9(±0.1) cm H_2O olmalıdır.
6. Pediatrik hastalarda kullanılan filtrenin akış rezistansı 10 L/dakikalık akış için <1.8(±0.1) cm H_2O olmalıdır.
7. Ürünün konnektör çapları cihaz tarafında 22F ve hasta tarafında 22M/15F olmalıdır.
8. Ürünün bakteri filtrasyon özelliği en az %99,999 olmalıdır.
9. Ürünün luer-lock veya soft cap ve kapaklı O_2 portu bulunmalıdır.
10. Ürün hem anestezi, hem de ventilasyonda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

11. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.