Kayıt No: **221995**

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

11.10.2022

Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ GASTROENTEROLOJİ BİRİMİ İÇİN POLİPEKTOMİ SNARE VE SFİNKTEROTOM ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 13.10.2022 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	POLİPEKTOMİ SNARE (2.8 MM, OVAL)(POLİPEKTOMİ SNARE (2.8 MM, OVAL) (26-30mm))	30	ADET		
2	SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ(SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ, 2.8*30MM)	30	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

SNARE KATETERİ, ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Snare kateter yabancı cisim ve polip çıkarmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2. Kullanıcının tercihine göre soğuk, oval, hekzogonal, iç tarafı dişli, fileli, filesiz ya da asimetrik formları olmalıdır.
3. Ürünler 150-240 cm arası uzunluğunda olmalıdır.
4. Kateter türleri 1,8mm-3,2mm arasındaki biyopsi kanalı olan endoskoplara uygun olmalıdır.
5. Soğuk snare kateterlerinde; snearın çapı maksimum 15 mm, teli kotersiz kesim için uygun olmalıdır.
6. İç tarafı dişli, hegzogonal, fileli, filesiz, asimetrik ve oval kateterlerde snare kementleri açıldığında eni en fazla 5cm, boyu en fazla 8 cm olmak üzere muhtelif ölçülerde olmalıdır.

7. Plastik handle üzerinde endoskopi ünitelerindeki mevcut koter cihazı ile uyumlu koter bağlantısı olmalıdır.
8. Üründe üç parmakla kontrol edilebilen plastik handle olmalıdır.
9. Rotatable olup 360° dönme özelliğine veya hem üstten hem de alttan müdahale edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Snare gastroskop veya kolonoskop retrofleksiyon pozisyonunda olduğunda tam açılabilir, kapanabilir ve rotasyona uygun yapıya sahip olmalıdır.
11. Ürün malzeme adında belirtilen ölçülerde ve özelliklerde olacaktır.
12. Fileli snare kateterlerinde; yabancı cisim ve polip için güçlü örgü yapısına sahip file şeklinde olmalı, plastik olmamalıdır. Oval veya hekzogonal şekilde olmalıdır.
13. Asimetrik snare kateterlerinde; endoskopik mukozal rezeksiyon kepinin ucuna uyacak şekilde olmalıdır. Endoskopik mukozal rezeksiyona elverişli olmalıdır. Asimetrik yapıda telin bir ucu diğer ucundan daha uzun olmalıdır.

14. Soğuk snare kateterlerinde; snare açıp kapatırken şilti katlanmamalı kolay açılıp kapanmalıdır.

15. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
17. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTAHANESİ
Dr. Berrin YALINBAŞ KAYA
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No:86800

Firdes Saçcı

SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sfinkterotom işlemlerinde kesme, enjeksiyon ve kılavuz tel gönderme işlemlerinin yapılabilmesi için tasarlanmış olmalıdır.

2. Kateter uzunluğu 170cm-270 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Kesme tel uzunluğu 20-30 mm arasında olmalıdır. İğne uçlu sfinkterotomda iğne uzunluğu 5-7mm arasında olmalıdır.
4. Çalışma kanalı 1.8 mm-3.8 mm olan çalışma kanallı duodenoskoplarla uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır.
5. Ürünün; döndürülebilir, standart, telli muhafazalı, iğne uçlu, yuvarlak uçlu, eğri uçlu gibi çeşitleri olmalıdır.

6. Sfinkterotom kateteri tutucu kısımla birleştiği noktadan en ucuna kadar ayrı ayrı uzanan ve açılan 3 lümenden (enjeksiyon, kılavuz tel ve kesici tel) oluşmalıdır.
7. Ünitedeki elektrokoter ve bağlantı kabloları ile uyumlu çalışmalıdır.
8. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksiyon yapılabilmelidir.
9. Distal ucu radyopak olmalıdır.
10. Kesme teli monofilaman veya örgülü yapıda olmalıdır.
11. Kesme teli gerginliğini sınırlayıcı kilit bulunmalı veya elçek ile kontrol edilebilmelidir.
12. Kateter iç lümeni 0.025 veya 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
13. Distal ucu önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
14. Kılavuz tel değişim kanalı ve enjeksiyon kanalının girişleri tutucuya yakın konumda ve kateter ile bir bütün dizayn edilmiş olmalıdır.
15. Kesici bıçak ile kateterin distal ucu arasında 3-5 mm mesafe olmalıdır.
16. Tek elin üç parmağıyla rahatlıkla kontrol edilebilen plastik tutamaç olmalıdır

17. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
18. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
19. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi, sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTAHANESİ
Dr. Berrin YALINBAŞ KAYA
İç Hastalıkları ve
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No:86800