Kayıt No: **222011**

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

12.10.2022

Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (9) kalem HASTANEMİZ DİŞ BİRİMİ İÇİN SARF MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 14.10.2022 tarih ve saat 10:00`a kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	FLOR LAKI (VERNİK)	1	KUTU		
2	KOMPOZİT CİLA DİSKLERİ	4	KUTU		
3	K TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15	25	KUTU		
4	K TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15-40(K TİPİ KANAL EĞESİ 31MM NO: 15-40)	5	KUTU		
5	KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ	4	KUTU		
6	DÖNER KANAL EĞESİ ENDODONTİK(DÖNER KANAL EĞESİ ENDODONTİK (EL İÇİN NİTİ ENDODONTİKKANAL EĞESİ PROTAPER))	6	KUTU		
7	REZİN BAZLI DUAL SERTLEŞEN YAPIŞTIRICI SİSTEMİ, 3 X 10 GR ŞIRINGA, UNİVERSAL, ŞEFFAF, BEYAZ-OPAK RENKTE	6	KUTU		
8	H TİPİ KANAL EĞESİ NO: 15-40	20	KUTU		
9	K TİPİ KANAL EĞESİ 25MM NO: 15-40	20	KUTU		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

1. FLOR VERNİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yüksek risk gruplarında çürüğün önlenmesi, diş minesinin florizasyonu, yeni başlayan lezyonların remineralizasyonu, hipersensitiv dişlerin korunmasını sağlayan vernik formdaki flordür
- Akışkanlığı az olmalıdır.
- Ağız sıvılarında yapışkan halde diş yüzeyine yapışmalıdır.
- Aromalı olmalıdır.
- Tek kullanımlık olmalıdır. Paketinin içinde tek kullanımlık uygulama fırçası mevcut olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 18 ay olmalıdır.

2. FREZ- ELMAS ROND (NO:18) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
- Elmastan imal edilmiş olmalıdır.
- Boyutu 018 olmalıdır.
- Başın formu küre şeklinde (rond) olmalıdır.
- Otoklavda steril edilebilmelidir.
- Diş kesimi yapılırken dişe zarar vermemeli, en az 10 kullanıma kadar elmas grenlerin kesici özelliği kaybolmamalıdır.
- Frezler monoblok tek parça olmalıdır, en az 5'li orijinal ambalajında olmalıdır.

3. KOMPOZİT BİTİM DİSKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanılmasında kullanılabilmelidir.
- Anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.
- Ürün ambalajı içerisinde esnek diskler olmalı ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir.
- Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır.
- Bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca değiştirilebilmelidir.
- En az 120'lik kutu içerisinde olmalıdır.
- 1 sette ve en az 2 (iki) adet mandren olmalıdır, en az 2 (iki) adet yedek mandren verilmelidir.

4. H TİPİ KANAL EĞESİ 15-40 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Kutu üzerinde CE belgesi simgesi olmalıdır.
- 15-40 asorti olmalıdır.
- 134°C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.
- Toplam uzunluk en az 25 mm olmalıdır.
- Esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları bulunmalıdır.
- Boyun kısmında veya ambalajın başka yerinde çalışma boyutunun tespitini sağlayan lastik stopper bulunmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ
Dip. No: 74098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dip. Tes. No: 55592
Diş Tabibi

- Kök kanal eğesi ve lastik stopper ve sap kısmı 180 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde kök kanal eğesinin kesit şekli belirtilmiş olmalıdır.
- Ambalaj şekli blister veya kutu olmalıdır.

Eğenin aktif sap kısmında kanal aletinin çalışma boyutunu gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır.

5. DENTAL KANAL EĞESİ (15 NUMARA K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde sorti olarak bulunmalıdır.
- Eğelerin boyları 25 mm olacaktır.
- Eğeler K tipi eğe olmalıdır
- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır
- Uniform yapıda olmalıdır.
- Eğeler keskin olmalıdır.
- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Elle kullanılan tipi olmalıdır.
- Sorti olmalıdır
- Üzerinde stoperleri olmalıdır.

Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi tamamlanmış (o) olmalıdır

6. DENTAL KANAL EĞESİ (15-40 NUMARA K TİPİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır.
- Eğelerin boyları 25 mm olacaktır.
- Eğeler K tipi eğe olmalıdır
- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır
- Uniform yapıda olmalıdır.
- Eğeler keskin olmalıdır.
- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Elle kullanılan tipi olmalıdır.
- Asorti olmalıdır
- Üzerinde stoperleri olmalıdır.

Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi tamamlanmış (o) olmalıdır

7. DENTAL KANAL EĞESİ (15-40 NUMARA K TİPİ) (31mm)TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kanal eğeleri orijinal 6 lık paketlerde asorti olarak bulunmalıdır.
- Eğelerin boyları 31 mm olacaktır.
- Eğeler K tipi eğe olmalıdır
- Paslanmaz çelik olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır
- Uniform yapıda olmalıdır.
- Eğeler keskin olmalıdır.
- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
- Elle kullanılan tipi olmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ
Dip. No: 84098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dip. Tes. No: 55
Diş Tabibi

- Asorti olmalıdır
- Üzerinde stoperleri olmalıdır.

Ürünün Sağlık Bakanlığı'na ve ÜTS'ye kayıt bildirim işlemi tamamlanmış (o) olmalıdır

8. KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hızlı ve kolay karıştırma imkanı olmalıdır.
- Asitlere karşı dirençli olmalıdır.
- Radyo opak olmalıdır.
- Sekonder dentin oluşumunu stimüle etmelidir.
- Yüksek sıkıştırma kuvveti olmalıdır.
- Uzun süre klinik başarılı olmalıdır. Apikal bölge ve dentin hassasiyetini yok etmelidir.
- CFC içermeyen basınçlı paket içinde olmalıdır.
- Dentin üzerinde tutuculuk özelliği iyi olmalı ve kolay uygulanabilmelidir.
- 12 gr baz, 12 gr katalizör olmak üzere plastik tüpler halinde olmalıdır.
- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 18 ay olmalıdır.

9 . EL İÇİN NİTİ ENDODONTİK KANAL EĞESİ PROTAPER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nikel titanyum olmalıdır.
- Bir kutu içerisinde SX S1 S2 F1 F2 nolu eğeler bulunmalıdır.
- 134°C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.
- Esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Korozyona dirençli olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları bulunmalıdır.
- Boyun kısmında veya ambalajın başka yerinde çalışma boyutunun tespitini sağlayan lastik stopper bulunmalıdır.
- Kök kanal eğesi ve lastik stopper ve sap kısmı 180 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde kök kanal eğesinin kesit şekli belirtilmiş olmalıdır.
- Ambalaj şekli blister veya kutu olmalıdır.
- Eğenin aktif sap kısmında kanal aletinin çalışma boyutunu gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır.

10. .REZİN BAZLI KANAL DOLGU PATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İçeriği 13.5 gr lık şırınga formunda, 9 gr baz, 4.5 gr katalist, spatül, karıştırma bloğu içermelidir.
- Biyouyumlu olmalıdır.
- Çift pat sistemli olmalıdır.
- Hermatik kapama kabiliyeti olmalıdır.
- Dişlerde renkleşmeye neden olmamalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ
Dip.No:34098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ot. Büveyda SARIYILDIZ
Dip. Tes. No: 55592
Diş Tabibi

- Radyopak olmalıdır.
- Doku sıvılarında çözünmemelidir.

Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAŞ
Dip.No:34098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dt. Rüveyda SARIYILDIZ
Dip. Les. No: 55592
Diş Tabibi