



T.C.  
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ  
İl Sağlık Müdürlüğü  
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 79394

**TEKLİF MEKTUBU**

Sayı : 22205031-930/

02.12.2022

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ ACİL BİRİMİ İÇİN OKSİJEN MASKESİ,DOKU YAPIŞTIRICI VE ŞEFFAF ELDİVEN ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 06.12.2022 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Senol ALTINSOY  
Başhekim a.  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ŞEFFAF ELDİVEN	40000	ADET		
2	OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI YETİŞKİN	500	ADET		
3	DOKU YAPIŞTIRICI, SİYANOAKRİLAT İÇEREN, CİLT KESİLERİ İÇİN, 0.5ML	50	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358

NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.Zarfin üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idareimizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



## REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ (YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf non toksik PVC'den üretilmiş olmalıdır.
2. Standart bağlantı konnektörü olmalıdır.
3. Ayarlanabilir burun klipsi, elastik baş şeridi olmalıdır.
4. Rezervuar torbalı olmalıdır.
5. Geri dönüşü engelleyen sübapı olmalıdır.
6. 200(±10) cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
7. Tek kullanımlık, steril paketlerde olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
9. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Yavuz YÜKSEL  
Hemşire  
H88522

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Uzm. Dr. GÖRMEZ  
Diy. Aclı Tıp Uzmanı



## DOKU YAPIŞTIRICI, SİYANOAKRİLAT İÇEREN, CİLT KESİLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doku yapıştırıcısı yüzeysel, temiz, taze, kenarları kolayca karşı karşıya gelen yaraların veya ameliyat kesilerinin yapıştırılmasında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.
2. Doku yapıştırıcısı en az 0,36 ml/gr ebadında olmalıdır.
3. Ürün Oktil siyanoakrilat veya N-bütıl-2 siyanoakrilat bazlı monomerden oluşup steril olmalı, renksiz veya renkli olarak sunulmalıdır.
4. Doku yapıştırıcısı ile kesiler, en fazla 90 saniye içinde yapıştırılmalı, kesiye pansuman yapılmasına gerek kalmamalıdır.
5. Doku yapıştırıcısı uygulandıktan sonra en fazla 7-10 gün içinde kendiliğinden dökülmelidir.
6. Doku yapıştırıcısı steril paket içerisinde monte edilmiş şekilde veya paket içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında kullanılacak steril aplikatör ile teslim edilmelidir.
7. Doku yapıştırıcısının aplikatörleri hassas uygulamalar için uygun olmalıdır.
8. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Eskişehir ŞEHİR HASTANESİ  
Yüz YÜKSEL  
Hemşire  
H88523

Eskişehir ŞEHİR HASTANESİ  
İzmir Dr. Gökür YILMAZ  
Tıbbi İlaç Uzmanı





## ŞEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi muayenelerde koruma sağlamak amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Şeffaf, renksiz olmalıdır.
3. Polietilenden imal edilmelidir.
4. Standart boy olmalıdır. Sağ-sol ayrımı bulunmamalıdır.
5. Yapışıklık vb. imalat hatası bulunmamalı, sağlam olmalı, kolayca yırtılıp kopmamalıdır.
6. Eldivende delik bulunmamalı, sıvı sızdırmamalıdır.
7. Hassas ciltlerde alerjiye neden olmamalıdır.
8. Tırtıklı yüzeye sahip olmalı ve kolay giyilebilir olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. En az 50, en fazla 200 adetlik ambalajlarda ve depolamaya uygun kolilerde olmalıdır.
11. Sayılabilir paketlerde olmalıdır.
12. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
13. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Yavuz YUKSEL  
Hemşire  
H88523

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Gökür YILDIZ  
Dip Tes No 139647  
Açık Uzman