



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 79619

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

20.12.2022

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (6) kalem HASTANEMİZ ACİL BİRİMİ İÇİN BÖBREK KÜVET,EKG ELEKTRODU PEDİATRİK,KAPATICI STAPLER,KANÜL KAPAĞI VE BİSTÜRİ UCU ALIMI alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 22.12.2022 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	BİSTÜRİ UCU NO:11	5000	ADET		
2	BİSTÜRİ UCU NO:15	5000	ADET		
3	KANÜL KAPAĞI, INTRAVENÖZ, HEPARİNLİ	5000	ADET		
4	KAPATICI STAPLER, CİLT, YÜKLEMESİZ, 35'LİK	2000	ADET		
5	EKG ELEKTRODU, PEDİATRİK	5000	ADET		
6	BÖBREK KÜVET, PLASTİK	20000	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.

3.Fiyatlar KDV hariçtir.

4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.

5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.

6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.

7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.

8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.

9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.

10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.

11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.

12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.

13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.

14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.

15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.

16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.

17.Bu alım uygulanmasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



BÖBREK KÜVET, PLASTİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, sağlık tesislerinde pansuman atıkları, enjeksiyon kabı, kusma kabı vb. amaçlarda kullanılmak üzere medikal malzemede imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürün, hijyenik ve doğada indirgenebilen polisten plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Suya dayanıklı olmalıdır, sızdırma veya akıtma yapmamalıdır.
4. Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır.
5. Şekli sembolik böbrek şeklinde olmalı ve içi dolu iken elle tutulduğunda eğilip bükülmemelidir.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7. En az 50'lik en çok 100'lük paketler halinde olmalıdır
8. Ürün TSEK belgeli olmalıdır.
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
10. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su tekli ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Ün. Dr. Gömürçüoğlu
İçişleri Müdürlüğü
Kurulduğu Tarih: 01.08.2018

Yayın Kurulu
Sorumlu Kişi
Kuruluş No: 166523



EKG ELEKTRODU, PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek iletken yapısı ve yapışkan yüzeyi ile kirli ciltlerde bile EKG (Elektrokardiyografi) çekilebilmesine olanak sağlayacak şekilde medikal malzemeden dizayn edilmiş ürün olmalıdır.
2. Ürün kullanım yeri veya hasta tipine göre farklı boy ve ebatlarda seçenekleri olmalıdır.
3. Ürünün Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen, süper iletken, katı jelli, efor ve ambulans hizmetlerinde kullanılan yeniden konumlandırılabilir radyolusent (radyolojik çekim uyumlu) tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
4. Sırt materyali Polietilen (PE) köpük olmalıdır.
5. Jel cilt üzerinde atık bırakmamalı ve non-irritan olmalıdır.
6. Jelin koruma tabakası PVC den imal edilmiş olmalıdır.
7. Ürün yapışkan kısmı hipoallerjik yapıda olmalı ve hasta cildinde tahriş yapmamalıdır. (Bu özelliği belgelendirilebilmelidir)
8. EKG kablosuna bağlanması için çıt-çıt uca sahip olmalıdır.
9. Elektrot kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme ile kolay çıkmamalıdır.
10. Radyolojik çekim uyumlu elektrotlar, MR, röntgen ve diğer görüntüleme teknikleri ile beraber kullanılabilir olmalı, sağlık kuruluşundaki kullanılan her marka Görüntüleme, EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır
11. Ürünün yeni doğan tipleri kendinden kablolu olmalıdır.
12. Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş poşetler halinde olmalıdır.
13. Sağlık kuruluşunda kullanılan her marka EKG cihazlarına ve tüm monitörlere uyumlu olmalıdır.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
15. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Yazın KÜMÜLE
Sorumlu Memur
Kurum Sıhı No: H88523

Eskişehir Şehir Hastanesi
Genel Dr. Doktor Müdürlüğü
Uz. Dr. Öğr. Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi
Acil Tıp Uzmanı



KAPATICI STAPLER, CİLT, YÜKLEMESİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Stapler cilt kapama için tasarlanmış olmalıdır.
2. Stapler kartuşunda en az 35 adet titanyum veya paslanmaz çelik zımba teli olmalıdır
3. Staplerin zımba telinin çapı, 0,58 (\pm 0,5)mm olmalıdır.
4. Stapler, tek elle kullanıma uygun olmalıdır.
5. Zımbanın cilde uygun yerleştirilebilmesi için steplerin ucunda işaret bulunmalıdır.
6. Stapler, kontrollü kapama yapma amacı ile zımbaya uygun pozisyon verilerek uygulama yapmasına müsaade edecek ön konumlandırma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Staplerin her bir zımba teli ateşlendiğinde cilt dokusunda ayrışma yapmamalıdır.
8. Staplerin mukavemeti güçlü olmalı, ateşlendikten sonra insizyon alanına tamamen oturmalıdır.
9. Staplerin tüm zımbaları ateşlenebilmeli ve kesinlikle tutukluk yapmamalıdır.
10. Stapler doku üzerinde eşit kompresyon sağlamalı ve düzgün B formasyonu oluşturabilmelidir.
11. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünün kullanım sırasında tutukluk yaptığı tespit edilenleri yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilecektir.
14. Yüklenici firma 20 adet stapler karşılığında 1 adet çıkarıcıyı ücretsiz olarak verecektir.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
16. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Yazın Tarihi: 01.08.2018
Yazın No: 01.08.2018
Yazın Adı: Eskişehir Şehir Hastanesi

Eskişehir Şehir Hastanesi
Genel Cerrahi
Diy. Tıp Uzmanı
Acil Tıp Uzmanı



İ.V. KANÜL KAPAĞI HEPARİNLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sağlık tesislerinde intra venöz (i.v.) uygulamalarda kullanılan her türlü i.v. kanüller için stoper (durdurucu) olarak kullanılmak amacı ile tasarlanarak medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Ürünün kullanım yeri ve amacına istinaden farklı tiplerde çeşitleri olmalıdır. (Heparinli, heparinsiz intra venöz katater kapağı – ven valfi katater kapağı dezenfektan özellikli-intra venöz katater kapağı dezenfektan özellikli) vb.

İNTRAVENÖZ KANÜL KAPAĞI, HEPARİNLİ-HEPARİNSİZ

1. Tüm İ.V. kataterlere uyumlu olmalıdır
2. Sızdırmaz yapıda olmalı ve kolay çatlamayan sağlam medikal ham maddeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Heparinli tipleri heparin kaplı olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalı, steril tekli pakette sunulmalıdır.
5. Ürün ambalaj üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
6. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
7. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Yönetim Kurulu
Sorumlu
Kurum Sicil No: HSE-523

Eskişehir Şehir Hastanesi
Mm. Dr. Gökçe Yılmaz
Eip. Tesis. Sorumlusu
Dr. T. Gökçe Yılmaz



BİSTÜRİ UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bisturi dokuyu keserken kırılmamalı, iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır.
2. Paslanmaz/ karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır. TS 4171 standardında yer alan sertlik testine uygun olmalı veya CE belgesi olmalıdır.
3. Kullanıcının talebine göre malzeme tanımında belirtilen boyda olmalıdır.
4. Kullanımı kolay, sağlam, kesici özelliği iyi olmalı, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemeli, bisturi doku keserken kırılmamalıdır.
5. Kullanımda (antiseptik solüsyona konulduğunda vb.) oksitlenmemeli ve dokuya zarar vermemelidir.
6. Bisturi numarası ile uyumlu bisturi sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
8. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TITUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Eskişehir Şehir Hastanesi
Genel Dr. Erol YILMAZ
T.C. Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü

Yazın Yöneticisi
Sorumluluğu
Kurum Bilgi No: 148523