



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 79673

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

23.12.2022

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ DİŞ BİRİMİ İÇİN DÖNER KANAL EGESİ VECAM İYONOMER LİNER ALIMI alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 27.12.2022 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

| Sıra No | Malın / İşin Cinsi | Miktar | Birimi | Birim Fiyat | Toplam Fiyat |
|---------------|---|--------|--------|-------------|--------------|
| 1 | CAM İYONOMER LİNER | 10 | ADET | | |
| 2 | DÖNER KANAL EĞESİ (ANGULDRUVA İÇİN) 06 AÇILI NO:15-40 KARIŞIK | 20 | ADET | | |
| Toplam | | | | | |

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359

Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr

Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

DÖNER KANAL EĞESİ ANGLDRUVA İÇİN

- 1.Ürün NiTi alaşımından yapılmış olmalıdır.
- 2.Ürün Shaper (Şekillendirici) ve Finisher (Bitirici) diye adlandırılan iki farklı grupta olacaktır.
- 3.Ürünün kronal genişletmeye yarayan eğelerinin bu genişletmeyi sağlamak amacıyla artarak artan koniklik açısına sahip olmalıdır.
- 4.Ürünün apikal şekillendirmeye yarayan eğelerinin bu şekillendirmeyi sağlamak amacıyla azalarak artan koniklik açısına sahip olmalıdır.
- 5.Ürünün kesitleri üçgen konveks bir yapıda olacaktır. Son üç bitirici ege için modifiye üçgen konveks kesite ilaveten her kenarında oluklar bulunacaktır.
- 6.Ürünün en uçları kesmeyen rehber uç seklinde olmalıdır.
- 7.Ürünün tüm bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmış olacaktır.Kanal eğeleri standart ege renk kodlarında olacaktır.
- 8.Renk halkası olmayan kanal eğesi 19 mm olacaktır.
- 9.Renk halkası olan kanal eğelerin 21 ve 25 ve 31mm'lik boyları bulunacaktır.
- 10.Tüm bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmış olacaktır.
- 11.Kanal eğelerinin optimal dönüş hızı 250 devir/dakika olacaktır.
- 12.Set içinde toplam 6 ege olacaktır.
- 13.Her bir ege grubunun sortisi 6 eğelik paket halinde ayrı olarak satın alınabilecektir.
- 14.25 mm.lik standart boydaki her bir ege üzerinde 18,19,20 ve 22mm. lerde isaret bulunmalıdır.
- 15.Egelerin başlık icine giren sap kısmı 13mm. olacaktır.
- 16.Steril edilebilir sıralayıcısı gerektiğinde temin edilebilir olacaktır.
- 17.Eğeler crown-down yöntemiyle kullanıma uygun olacaktır.
- 18.Başlangıç seti içerisinde her bir ege için gereken tork değeri belirtilecektir.
- 19.Egelerin tamamının aynı zamanda el için kullanılabilen versiyonları gerektiğinde temin edilebilir olacaktır.
- 20.Sistemin re-treatment egeleri de bulunacaktır.
- 21.Ni-ti döner ege ile beraber birer adet re-treatment ege ve el için kullanılabilen versiyonunun numunesi verilecektir.
- 22.0.06 taperli olmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra DEMİRTAS
Dip.No:34098
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Ruveyda SARIYILDIZ
Dip. No: 55592
Diş Tabibi

CAM İYONOMER LİNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Işıkla sertleşebilmelidir.
- 2) Kullanıma hazır tek bileşeni olmalıdır.
- 3) Her türlü dolgunun altında kaide olarak kullanılabilirmelidir.
- 4) Radyopak olmalıdır.
- 5) Fissür örtücü olarak da kullanılabilirmelidir.
- 6) İkincil çürüğe karşı flor salınımı yapmalıdır.
- 7) 2.5 gr NDT non-dripping şırınga ve uygulama uçları içermelidir.
- 8) En az 226 Mpa bükülme direncine sahip olmalıdır.
- 9) Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
- 10) Sudan, havadan ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde sağlam ambalajlı olmalıdır.
- 11) En az 2(iki) yıl garantisi olmalıdır.
- 12) Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre en az 24 ay raf ömrü olmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Ruveyda SARIYILMAZ
Dip. Tes. No: 55592
Diş Tabibi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Fatma Zehra ULANKIRIYAS
Dip. No: 34098
Diş Tabibi