



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 79907

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

10.01.2023

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ DİŞ BİRİMİ İÇİN TABLET EZİCİ, TABLET KESİCİ VE ACİL ARABASI KİLİDİ ALIMINI İŞİ İŞİ SATIN ALINACAKTIR. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 12.01.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Ercan YÜĞRÜK
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	ACİL ARABA KİLİDİ	1000	ADET		
2	TABLET EZİCİ	100	ADET		
3	TABLET KESİCİ	100	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubu ile birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359

Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr

Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

ACİL ARABASI KİLİDİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kilit üzerinde rakamsal sıralama olmalıdır.
- 2-Rakamsal sıralamanın alan ölçüsü 28mm x 15mm x 1mm (\pm %5mm) ölçülerinde olmalıdır.
- 3-Kilit mekanizma ölçüleri sabit taraf 33mm x 27.5mm (\pm 0,5mm) ölçülerinde olmalıdır. Sabit tarafın kilit ucu kademeli ve karşılık gelecek yuvaya göre 10mm x 2mm ölçülerinde kanal olmalıdır. Hareketli kısım ise dış çap 8mm (\pm 0,5mm) 180 derece açı yapacak özellikte olmalıdır.
- 4-Ürün ile ilgili yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Bütün yüzeyler düzgün, yüzeylerde çapak, boşluk, ezik, boya, kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır.
- 5-Rakamsal veriler okunaklı olmalıdır.
- 6-Kilit tek kullanımlık olarak tasarlanmalıdır.
- 7-Malzemenin teslim tarihindeki miadı en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.
- 8- Sağlık Bakanlığı Ürün takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Bütçe Birim
Koruyucu Sağlık Bakım
Sorumlusu
1511030

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Ayşe AYDIN
Diy. No: 150151
Yogun Bakım Uzmanı



Eskişehir
Şehir Hastanesi

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No	KU.YD.01.00
Yayın Tarihi	01.08.2018
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1 / 1

TEKNİK ŞARTNAME

TABLET EZİCİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yutulamayan ilaçları ezmek için kullanılır.
- 2- Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- İnsan sağlığına zarar vermeyen materyalden üretilmiş olması gerekmektedir.
- 4- Su ile yıkanabilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 5- Tabletlerin daha kolay tüketilmesi için verimli bir şekilde ezmelidir.
- 6- Tabletleri ince toz haline getiren ezme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7- Tablet ezici yer kaplamamalı, kolaylıkla taşınabilmeli ve kullanımı pratik olmalıdır.

Nihal BAL KOSE
Sorumlu Hemşire

Eskişehir Şehir Hastanesi
Gözetimci Volkan YILDIRIM
Diy. No: 123357
Yüksek Bakım Uzmanı

TEKNİK ŞARTNAME

TABLET KESİCİ - KIRICI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yutulamayan ilaçları ya da doz ayarlaması gereken ilaçları bölmek için kullanılır.
- 2- Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Bıçağı paslanmaz çelik olmalıdır.
- 4- İçine konulan tableti eşit şekilde bölmelidir.
- 5- İnsan sağlığına zarar vermeyen materyalden üretilmiş olması gerekmektedir.
- 6- Su ile yıkanabilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 7- Kolay kullanıma uygun ebatlarda olmalıdır.

Nihal BAL KÖSE
Sorumlu Hemşire

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr.Ahmet Yusufoğlu
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi