



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Kayıt No: 79995

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

16.01.2023

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ YENİDOĞAN BİRİMİ İÇİN TPN NEONATAL SET VE TORAKS KATETERİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 18.01.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TPN NEONATAL(YENİDOĞAN) SET	500	ADET		
2	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 10CH	5	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR

Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199

e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağı: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr



T.C.
Sağlık Bakanlığı
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

Doküman No

KU.YD.01.00

Yayın Tarihi

01.08.2018

Revizyon No

0

Revizyon Tarihi

Sayfa

1 / 1

NEONATAL SET TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Neonatal set , 1 adet EVA torba, 1 adet 50/60 cc luer enjektör, 1 adet 1,2 mikron partikül filtreli neonatallipidperfüzyon seti, 1 adet 3 yollu ven valfli bağlantı seti, 1 adet 0.22 mikron pozitif membranlı bakteri filtresi oluşmalı ve tüm bu ürünler ayrı ayrı tekli steril ambalajlarda olmalıdır.
2. Neonatal set içerisinde bulunan EVA (Etil Vinil Asetat) torba, ilaç ya da solüsyonların dolumunun yapılacağı istenilen ebatta (250mL veya 300 ml ,500 mL) ışıktan korumalı olmalıdır. Torba ışıktan koruma sağlamalı, özel konumlandırılmış reflektörler sayesinde ışığı bloke edebilmelidir. Talep edilmesi halinde bu özellik demonstrasyon esnasında gösterilebilmelidir. Torbalar, cihaz ile birlikte çalışan valf sete uyumlu olmalı, tamamında PVC, DEHP ve Lateks içermemeli, 3 hatlı olarak üretilmiş olmalı, pratik bir şekilde asılabilmeli ve üzerindeki ölçekler açık ve net olarak okunmalıdır.
3. Neonatal set içerisinde lipid emülsiyonlarının hastaya ayrıca infüze edilebilmesi için 50/60cc'lik ışıktan korumalı tekli steril ambalajda enjektör bulunmalıdır. Enjektörün uç kısmı luerlock özellikli olup, tedavi doğruluğu açısından 1 cc aralıklarla olmak üzere ölçeklendirme bulunmalı ve rahatlıkla okunabilmeli, ürün lateks içermemeli ve enjektör pompaları ile uyumlu olmalıdır.
4. Neonatal set içerisinde yer alan lipidperfüzyon setinin hortum yolu ışığa dirençli mikrobor hortum olmalıdır. Setin dolum hacmi maksimum 1.6 ml ,set uzunluğu maksimum 170 cm olup üzerinde lipid emülsiyonlarının filtrasyonu için 1.2 mikron partikül filtresi bulunmalıdır. Proksimal ucu enjektör ile uygun bağlantı sağlayacak şekilde dişi, distal ucu ise erkek özellikli olmalıdır. Steril tekli ambalaj içerisinde sunulmalıdır.
5. Neonatal set içerisinde 3 farklı solüsyonu tek bir kanaldan kontrollü olarak verebilmek amacı ile 1 adet tekli steril ambalajda üç yollu ven valfli bağlantı hattı bulunmalıdır.
6. Neonatal set içerisinde, 1 adet tekli steril ambalajda ışığa dirençli 0.22 mikron pozitif membranlı bakteri filtresi bulunmalıdır. Filtre maksimum 4 bar basınca dayanıklı olmalıdır.
7. Ürünler steril ve tek tek ambalajlanmış olmalı ve ambalaj üzerinde ne ile steril edildiği, ürün kodu, barkodu, ref numarası, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
8. Teslim edilen malzemelerin teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.
9. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

Sarıllı E. Yılmaz

Eskişehir Şehir Hastanesi
Ank. Dr. Egemen YILDIRIM
Dip.Tes.No:96123
İdari Sorumlusu

11.08.2018



TROKARLI TORAKS KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hortum uzunluğu boyunca Radyoopak çizgi içermelidir.
2. Plevra boşluğuna uyum sağlayan şeffaf ve yumuşak PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
3. Dren kalınlığı 8 FR- 10 FR-12 FR 28FR 32 FR ve uzunluğu 45 cm olmalıdır.
4. Firma biriminin istediği ölçüde ürünü istediği sayıda teslim etmeyi taahhüt etmelidir.
5. Uç kısmı travma oluşturmayacak şekilde yuvarlatılmış olmalıdır.
6. Kataterde doku emilimini engelleyen çarpa yan delikler bulunmalıdır.
7. Son delikten itibaren ikişer cm ara ile drenin vücut içinde kalan kısmının uzunluğunu gösteren rakamlar dren üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. ETO ile steril edilmiş olmalı ve iki kat ambalaj edilmiş olmalıdır.
9. İlk deliğe kadar olan kısım Mediasten içine yerleştirilince By-pass greftlerine temas etmeyecek boyda olmalıdır.
10. Dren içinden geçen trokarı olmalıdır.
11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl olmalıdır. Miadının dolmasına 3 ay kala firmaya haber verildiğinde miad uzatımı yapılmalıdır.
12. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Serpil Elçin
Elev

Eskişehir Şehir Hastanesi
İzm. Dr. Egemen YILDIRIM
Dip. Tes. No: 96123
Pedogün Neonatoloji Uzmanı

11.01.2027