Kayıt No: 80205

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

30.01.2023

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ ALGOLOJİ BİRİMİ İÇİN RF KANÜL ALIMI alımı işi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 01.02.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	RF AĞRI İĞNESİ (HYBRİD RF KANÜL)	150	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

EKOJENİK UÇLU,HYBRİD RF LEZYON İĞNESİ

1- İğne RF işlemi sırasında enjeksiyon yapabilecek.RF enerjisi uygulayabilecek hemde ısı ölçümü yapabilecek özellikte olmalıdır.
2- Iğneler Ekojenik uçlu olmalıdir. Teklif veren firmalar Sartnameye uyduklarini taahhut etmelidir.
3- İğne doğrudan RF jeneratörüne bağlanabilir konektöre sahip olacaktır.
4- İğnenin 5cm, 6cm, 10 cm ve 15 cm lik ölçüleri bulunacaktır.
5- İğne kalınlığı 18,20,21,22 G Düz / Eğri uçlu olmalıdır
6- İğnenin aktif ucu 5,10 ve 15 mm olmalı ve izole kısmı hariç teflon kaplı olmalıdır.
7- Isı kontrolü esnasında başka elektrod kullanımına ihtiyaç duyulmayacaktır.
8- İğneler tek tek paketlenmiş ve ETO ile steril edilmiş olacaktır.
9- İğnenin Enjeksiyon hattı 25 cm ve kapaklı olmalıdır.Kanül üzerinde bulunan kablo 50 cm uzunlukta olmalıdır.iğneler fiziksel ve şartnameye göre değerlendirme yapılacaktır.ihaleyi alan firma 50 adet topraklama pedini bedelsiz vermelidir.

10- Aşağıda özellikleri belirtilen RF lezyon jeneratörü satıcı firma tarafından temin edilmeli ve iğnelerin kullanımı süresince hastanemizde bulunmalıdır.
   a- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörü bağımsız 4 çıkışa sahip olmalıdır.
   b- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörü kanal başına minimum 50W güce sahip olmalıdır.
   c- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörü üzerinde 30 dakikaya kadar ayarlanabilir zamanlayıcı(timer) olacaktır.
   d- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörü kontrolleri tamamen dokunmatik ekran üzerinden yapılacaktır.
   e- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörü kablosuz uzaktan kumandası olacaktır.
   f- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörü Pulsed RF uygulamalarında belirlenen ısıya pulse genişliği yada pulse voltajı ile ulaşılması programlanabilecektir.
   g- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratörde USB çıkışı olacaktır.
   h- Dört elektrotlu RF lezyon jeneratöründe stagger fonksiyonu olacak, zamanlayıcı, hedef ısıya ulaştıktan sonra başlatılabilecektir.
11- Firma, Klinik tarafından belirlenen haftanın bir gününü aşmamak kaydı ile işlem günlerinde RF cihazini kullanmak üzere bir personel bulundurmalidir.

