



T.C.  
**ESKİŞEHİR VALİLİĞİ**  
**İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Eskişehir Şehir Hastanesi**

Kayıt No: 80382

**TEKLİF MEKTUBU**

Sayı : 22205031-930/

14.02.2023

Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem HASTANEMİZ GÖĞÜS BİRİMİ İÇİN DRENaj SİSTEMİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendığınız takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 16.02.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Senol ALTINSOY  
Başhekim a.  
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	KAPALI SUALTI TORAKS DRENaj SETİ 2000 ML	60	ADET		
Toplam					

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358 NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.

**DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- 1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2.Zarfların üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
- 3.Fiyatlar KDV hariçtir.
- 4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
- 6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
- 7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
- 8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TITUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
- 9.Numune istendiğinde teklif mektubuylar birlikte getireceklerdir.
- 10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
- 11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
- 12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
- 13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
- 14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
- 15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
- 16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
- 17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.



## GÖĞÜS SUALTI DRENAJ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürün seviye dereceli şeffaf plastik rezervuardan imal olmalıdır.
3. Ürün 2000 ml kapasiteli olmalıdır.
4. Ürün sert plastik, tıbbi PVC veya polikarbonattan imal olmalıdır.
5. Ürünün tekli ve çiftli çeşitleri bulunmalıdır.
6. Ürünün şişesi içindeki boru, sert PVC'den yapılmış olmalı ve su seviyesinden 2 cm aşağıda bulunmalı şişenin kenarında 0 noktası ile başlayan drenajı gösterecek ml olarak derecelendirme olmalıdır.
7. Ürünün drenaj hortumunun dren şişesi ile bağlantı yerinde bükülmeyi önleyecek drenaj hortumunu saran spiralli kılıf olmalıdır.
8. Ürünün devrilmesini engellemek için tabanı geniş olmalı, sabit bir rezervuar tubing bileşkesi olmalıdır.
9. Ürünün drenaj hortum kısmı sağılmaya uygun, esnek yapıda olmalıdır.
10. Üründe uygun uzunlukta taşıyıcı handle olmalıdır. Handle açılıp kapanabilir özellikte olmalıdır.
11. Ürünün rezervuara bağlı ucu konnektörlü tubing hattın oluşmalıdır.
12. Ürünün göğüs tüpü ile bağlantıyı sağlayacak en az 1 metre uzunlukta drenaj hortumu olmalıdır.
13. Ürünün drenaj hortumu ucunda her numara göğüs tüpü ile bağlantı sağlayacak vidalı kapaklı (kırılmaya ve çatlamaya dayanıklı) universal konnektör olmalıdır.
14. Ürünün şişesine sıvı konulmasını sağlayan küçük bir huni setle birlikte verilmeli veya su değişim işleminin kolay yapılabilmesini sağlamak amaçlı en az 3cm çapında kapak olmalıdır.
15. Ürünün tubing üzerinde hava tahliyesini sağlayan sistem olmalıdır.
16. Ürünü ikili çeşiti için su altına çift giriş, tekli sistem için tek giriş olmalıdır.
17. Ürünün şişesi içindeki borularda ve eklemlerinde dayanıklılığı zayıflatan üretim



hatasına baęlı hava kabarcıkları bulunmamalıdır.

18. Ürünün göęüs tüpüne baęlandığı yerde, sistemin taban, ek yerlerinde ve kapak yerlerinde sıvı sızması ve hava alımına sebep olabilecek teknik ve üretim hataları olmamalıdır.

19. Ürünün iletim sistemi, özellikle hazne ile baęlantı noktası kırılma ya da katlanmaya dirençli olmalıdır ve çatlamamalıdır.

20. Ürün orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

21. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri bulunmalıdır.

22. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su ÜTS teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi , sut kodu ve LOT numarası belirtilmelidir.

HAZIRLAYAN

KONTROL

ONAY

ESKİŞEHİR SAĞIR HASTANESİ  
Uzm.Dr.Gökhan GÜNEREN  
Dip.Tes.No: 106532  
Göğüs Cerrahisi Uzmanı