Kayıt No: 80549

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

Sayı : 22205031-930/

Konu : Teklif Formu

23.02.2023

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem HASTANEMİZ K.V.C. BİRİMİ İÇİN GÖĞÜS TÜPÜ VE ANTİEMBOLİ ÇORABI ALIMI alımı işi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 27.02.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	GÖĞÜS TÜPÜ (GÖĞÜS TÜPÜ NO 28)	50	ADET		
2	ANTİEMBOLİ ÇORABI -L DİZ ÜSTÜ	100	ADET		
3	ANTİEMBOLİ ÇORABI -M DİZ ÜSTÜ	100	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

GÖĞÜS TÜPÜ PVC 28 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, göğüs içinde plevra veya mediyasten boşluğundan, hava veya sıvıları boşaltmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

2. Ürün PVC'den üretilmiş olmalıdır
3. Ürünün 10F-40F aralığında seçenekleri olmalıdır.

4. Ürün, radyoopak çizgiye sahip olmalıdır
5. Ürünün üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır.
6. Üründe, doku emilimini önleyen çapraz yan delikler olmalıdır.
7. Ürün, plevra boşluğuna uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıda olmalıdır.
8. Ürün, travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır.

9. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.
12. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.
13. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin değişimini firma taahhüt etmelidir.

Özge YALÇIN
KVC YB
Sorumlu Hemşire

Eskişehir Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Alper Selim KOCAOĞLU
Dip. Tes. No: 177730
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

ANTİEMBOLİ ÇORABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, cerrahi işlemler öncesi ve sonrasında hasta alt extremitelerinde meydana gelebilecek emboli oluşumunu engellemek amacıyla medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2. Ürünün, dizaltı ve ya dizüstü çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Ürünün, hasta tip ve beden ölçülerine bağlı olarak small, medium, large, extra large vb. ölçülerinden herhangi biri olmalıdır.

4. Dizüstü çoraplar, ayaktan kasığa kadar uygulanan basınç değerini azaltan bölmelerden oluşmalıdır ve diz üstüne kadar uzanmalıdır.
5. Dizaltı antiemboli çorapları da dize kadar rahat uzanmalı ve uygulanan bölgede basıncı azaltabilen bölmelere sahip olmalıdır.
6. Çoraplarda bacaktan kaymayı önleyecek şekilde uç kısımlarında tutucu silikonlu bandı olmalıdır ve turnike etkisi yapmamalıdır.
7. Çorabın altında metatars bölümünde bir gözetleme deliği olmalı ve bu delik sayesinde hem parmakların temiz tutulması kolay olmalı hem de arteriyel problemler sonucu oluşan renk değişimleri gözlenebilmelidir.
8. Tek pakette bir çift dizaltı veya dizüstü çorap bulunmalıdır.
9. Çorabın topuk bölgesinde bası yarasını engelleyici özel ekstra yumuşak topuk (soft heel) dokumasına sahip olmalıdır.
10. Çorap genelinde bulunan iki yönlü esneyen dokuma teknolojisi ile değişik boylardaki hastalarda rahatlıkla kullanılabilmelidir.
11. Çorap lateks içermeyen dokuması sayesinde anti-alerjik olmalıdır.

12. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.
13. Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi ÜTS veya Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır ve TİTUBB barkod no'su teklif ekinde sunulmalıdır. Ayrıca ürün için düzenlenen fatura veya irsaliyede ürün barkod numarası, son kullanma tarihi ve LOT numarası belirtilmelidir.

Özge YALÇIN
KVC YB
Sorumlu Hemşire

Eskişehir Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Alper Selim KOCAOĞLU
Dip. Tes. No.: 117730
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı