Kayıt No: 80583

T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Eskişehir Şehir Hastanesi

TEKLİF MEKTUBU

27.02.2023

Sayı : 22205031-930/
Konu : Teklif Formu

Kurumumuzun ihtiyacı olan (2) kalem HASTANEMİZ SFT BİRİMİ İÇİN DLCO DİFÜZYON GAZ TÜP DOLUMU VE ÖZEL TIBBİ GAZ KARIŞIM TÜPÜ ALIMI alımı işi işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 28.02.2023 tarih ve saat (10:00) kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.

Şenol ALTINSOY
Başhekim a.
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Birimi	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI ÖZEL TIBBİ GAZ KARIŞIM TÜPÜ 150 BAR 10 LT (10 LT)	1	ADET		
2	SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI DİFÜZYON GAZI %0,3 KARBONMONOKSİT(CO) %0,3 METAN(CH4) %21 OKSİJEN(02) / NİTROJEN(N2) BALANS	2	ADET		
				Toplam	

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ DOĞRUDAN TEMİN TEL:0 222 611 4000 / 11358
NUMUNE GÖRÜLECEKTİR.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 / D Maddesi Uyarınca Doğrudan Temin Usulüyle Alım Yapılacaktır.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1.4734 Sayılı Kanun gereğince KİK 019 Standart Formuna göre hazırlanacak Teklif mektubunda istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası olmayan ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı açık adresi teklifin hangi işe ait olduğu ve teklif edilen kalemler yazılacaktır. Zarf kapağı yapıştırılan bölümü üzerine firma kaşesi basılarak imzalanacaktır.
3.Fiyatlar KDV hariçtir.
4.Teklif edilecek ürünlerin ürün barkodları mutlaka olacaktır. Barkotsuz malzemeler teslim alınmayacaktır.
5. Teklif edilecek malzemelerin UBB numarası faturaya mutlaka yazılacaktır.
6.Teklif edilecek malzemenin varsa emekli sandığı malzeme kodu teklif mektubunda yazılacaktır.
7.Düzenlenecek fatura da yapılmış olan hatalardan dolayı ödeme yapılmamasından firma sorumludur.
8.Teklif edilecek ürünlerden Tıbbi cihaz yönetmeliği (93/42/EEC MDD),Vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği(90/385/EEC) ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği (98/79/EC IVDD)kapsamındaki ürünlerin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2.maddesine istinaden TİTUBB ve ÜTS de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Bu şartı olmayan ürünler kesinlikle teklif edilmeyecektir. Teklif edilip alınsa dahi ödemesi yapılmayacaktır.
9.Numune istendiğinde teklif mektubuyla birlikte getireceklerdir.
10.Alımlar acil ihtiyacımıza yönelik olduğu için kesin sipariş yazımızda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için yasal işlem yapılacaktır.
11.Tıbbi sarf malzemelerin teslim edildiği tarihte malzemelerin kullanma süresi miadının 2/3'ünden az olmamalıdır.
12.Fatura, malzeme teslim edildikten sonra kesilecek.
13.Fatura bedeli malzemenin muayene kabul komisyonunca kabulünden sonra 150 gün içerisinde ödenecektir.
14.Alacağına ait temlik kabul edilmeyecektir.
15.Siparişlerde malzemenin depo ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak partiler halinde istenmesi idaremizin yetkisindedir.
16.Teklif veren firma işbu (18) maddeyi okumuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul etmiş olarak kabul edilecektir.
17.Bu alım uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Bu malları/işleri en geç 10 (ON) gün içinde muayene ve kabul yapılabilmesi için teslim edilmesi gerekmektedir.

71 EVLER MAH ÇAVDARLAR SK 26080 ODUNPAZARI ESKİŞEHİR
Telefon: 222 611 4000/11358-11359 Faks: 02222050199
e-posta: esdh.satinalma@saglik.gov.tr Elektronik ağ: www.eskisehirsehir.saglik.gov.tr

ÖZEL TIBBİ GAZ KARIŞIM TÜPÜ 150 BAR 10 LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Tüpler ISO 9809-1 AB Standartlarına uygun olacaktır.

2.Tüplerin işletme ve test basıncı 150 bar olacaktır.

3.Tüp TS 11169 ve TS 1964 standartlarına uygun olarak CrMo alaşımlı çelikten üretilecek , tüp boynu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalat bilgisi , et kalınlığı , ısıl işlem durumu , dara değeri , işletme ve test basınçları, çelik akma gerilmesi değeri ,seri numarası, imalat tarihi bilgileri yer alacaktır.

4.Yüklenici firma , tüplerin TS 11169 ve TS 1964 serisi standartlarına uygunluğunu belgeleyen TSE standarda uygunluk belgelerini ibraz edecektir.

5.Tüplere, difüzyon gazı depolaması ve kullanımına uygun olacak şekilde TS 1520 standardına uygun dıştan vidalı ¾ " diş yapısında vanalar takılmış olacaktır.

6.Tüpler TS 1169 ve TS 3402 standardına uygun olacaktır.

7.Dikişsiz çekme tüplerinin AB ülkelerinde serbestçe dolaşabilmesi ve kullanılabilmesi için AB tarafından konulan direktiflere uygunluğunu belirten tip onayı belgesi ve Pİ(π) markası belgesi bulunacak, imalatçı firmaya ait söz kunusu belgeler ibraz edilecektir.

8.Tüpler daha önce hiç kullanılmamış olacaktır.

9.Tüplerin iç yüzeyi iyi temizlenmiş olarak teslim edilecek, yüzeyinde pas, kir ve tufal olmayacaktır.

10.Tüpler vana kapakları ile birlikte teslim edilecektir.

11.Tüplerin taşınması yüklenici firmaya aittir.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİNÇER DALGIÇ
Biyomedikal Mühendisi

ESKIŞEHIR ŞEHIR HASTANESI
Ersin FIDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi

DLCO DİFÜZYON TEST GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test gazı karışımı SFT Laboratuarımızda bulunan Difüzyon test sistemine uygun olmalıdır.
2. CO Difüzyon testinde kullanılacak test gazının karışımı % 0.3 CO (Karbonmonoksit), % 0.3 CH4 (Metan), %21 02 (Oksijen) / N2 (Balans) olmalıdır.
3. 150 bar basınç da 10 lt.lik 2 adet tüp dolumu yapılmalıdır.
4. Gaz tüpüne yapılan test gazı dolumunun doğruluğu, ve doğruluk oranları dolumu yapan firma tarafından belgelendirilmelidir.
5. Tüpün teknik özelliklerini içeren etiketi olacaktır.
6. Tüpün taşınması yüklenici firmaya aittir.
7. Tüp tarafımızdan teslim alındıktan sonra 2 iş günü içerisinde dolumu tamamlanmalıdır.

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Merve DİNÇER BALGIÇ
Biyomedikal Mühendisi

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Ersin FİDAN
(Memur)
Klinik Mühendislik Birimi